



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



Č.j. PPR-29192-16/ČJ-2016-990656

Praha: 31. ledna 2017

Počet listů: 1

Vysvětlení zadávací dokumentace

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti dodavatele k veřejné vedené pod názvem:

„Nákup elektronového mikroskopu s detektory, SW a naprašovačka“

Dotaz dodavatele:

ve veřejné zakázce s názvem „Nákup elektronového mikroskopu s detektory, SW a naprašovačka“ bych chtěl vznést dotaz ohledně níže uvedeného bodu v technické specifikaci systému:

“EDS analyzátor s SDD detektorem (bez nutnosti chlazení kapalným dusíkem) s rozlišením min. 124 eV, aktivní plochou snímacího čipu detektoru min. 80 mm².”

Dotaz zní:

V tomto specifikačním bodě však není uvedeno pro jaké podmínky je dané rozlišení detektoru “min. 124 eV” požadováno. Žádáme vás proto o upřesnění tohoto požadavku.

Odpověď zadavatele:

Minimální hodnota rozlišení EDS detektoru 124 eV, tedy ≤ 124 eV, je požadována v souladu s normou ISO 15632:2012, požadovaná hodnota rozlišení je vztažena k měření na čáře Mn K α (energie 5,8951 keV).

Zpracoval:
Mgr. Jiří Šídlo
tel. 974884540

PhDr. Jaromír Bischof v.r.
za zadavatele