



Pomáhat a chránit

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje



Odbor veřejných zakázek

Č.j. KRPC-31674-8/ČJ-2017-0200VO-VZL

České Budějovice 8. března 2017

Počet listů: 1

Vysvětlení zadávací dokumentace

podle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Zjednodušené podlimitní řízení

„Dodávka spotřebního materiálu pro laboratoř DNA“

V souladu s ustanovením § 98 zákona, zadavatel poskytuje na základě písemné žádosti jednoho z dodavatelů vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele:

Dotaz č. 1.:

Je možné konkretizovat plánovaný počet izolací z nedopalků, bukálních stěrů, stolice, preparátů fixovaných ve formalínu nebo parafínu?

Dotaz č. 2.:

Je možné dodat proteinázu K a další používané chemikálie společně s kitem nebo musí být součástí kitu (např. ethanol, isopropanol)? V případě že ano, mohou být tyto chemikálie volně dodány třeba v lahvích 6x11 nebo musí být k jednotlivým kitům přibaleny?

Dotaz č. 3.:

Dle bodu 13. v Zadávací dokumentaci, zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace dodávkou předmětného zboží pro forenzní – genetické laboratoře. Bude zadavatel akceptovat prokázání této kvalifikace dodávkou předmětného zboží pro výzkumné instituce či farmaceutické společnosti?

Odpověď zadavatele:

Na dotaz č. 1.: Konkretizace počtu jednotlivých izolací možná není, námi doposud používané chemické soupravy byly univerzální.

Na dotaz č. 2.: Jak vyplývá ze zadávací dokumentace, uvedené chemikálie mají být součástí dodávky, nemohou být koupeny mimo tuto veřejnou zakázku. Způsob dodání nebyl specifikován, je tedy volný.

Na dotaz č. 3.: Jak vyplývá ze zadávací dokumentace, technická kvalifikace musí být prokázána dodávkou předmětného zboží pro forenzní – genetické laboratoře. Laboratoře s jiným zaměřením nebudou akceptovány.

plk. Ing. Mgr. Ivan Fanta

náměstek ředitele Krajského ředitelství policie JČK

Lannova 193/26
370 74 České Budějovice

Tel.: 974 221 549
Fax: 974 221 931
Email: stefan.lovicka@pcr.cz