

MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

Technická specifikace mikrovlnný mineralizátor:

- mineralizace v teflonových nádobkách
- možnost mineralizace 10 vzorků najednou
- teflonové nádobky chráněny průtržnými pojistky pro překročení mezního tlaku
- kontinuální sledování teploty ve všech nádobkách
- kontrola mikrovlnného ohřevu (regulační veličina je aktuální teplota ve všech rozkladných nádobkách)
- bezpulsní příkon mineralizátoru
- materiál rozkladných nádob – Teflon TFM
- řídicí systém pro mineralizátor
- export dat pomocí USB
- sada spotřebního materiálů alespoň pro 1000 mineralizací
- Instalace a zaškolení