

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. příhr.69, 148 01 Praha 414

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK k veřejná zakázka malého rozsahu	
Líslo zakázky	MV-123435-2/IOO-2013
Název zakázky	Vzorkoval bioaerosolu
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce)	Dodávka - Vzorkoval bioaerosolu
Datum vyhlášení zakázky	30. 10. 2013
Název zadavatele	Česká republika a Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
Sídlo zadavatele	Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč
Jméno, příjmení, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa	plk. Ing. Mgr. Rostislav Richter 950580220 richter@ioolb.izscr.cz
IČO zadavatele	00007064
DÍČO zadavatele	CZ00007064
Jméno, příjmení, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa	pplk. RNDr. Alan Gavel 950580440 alan.gavel@ioolb.izscr.cz
Lhůta pro podávání nabídek	08. 11. 2013 v 10,00 hod.
Místo pro podávání nabídek	Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč
Popis předmětu zakázky	Vzorkoval bioaerosolu
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)	330.500,- Kč
Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky	6. prosince 2013
Místo dodání / převzetí plnění	Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč
Hodnotící kritéria	A Nejnižší nabídková cena
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele	A Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán B Kopie dokladu o oprávnění k podnikání

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazele	Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou formu nabídky	Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka se dodává písemně a v uzavřené obálce označené názvem Veřejná zakázka Ažorkoval bioaerosolů NEOTEVÍRAT, na které musí být uvedena adresa.
Požadovaný jazyk nabídky	Jazyk český
Další požadavky na zpracování nabídky	Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na Profilu zadavatele zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podali nabídku a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.
Zadávací řízení se řídí	§ 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Přílohy	Příloha č. 1: Podrobná specifikace (1list)
Podpis zadavatele	

Příloha I. 1 k I. j.: MV-123435-2/IOO-2013

Vzorkování bioaerosolu

Technická specifikace:

Přenosné bateriově napájené zařízení, které do vzorkovnice s tekutinou selektivně zachycuje částice respirabilní frakce pod 10 mikronů na principu cyklonového odlučování nebo obdobného principu.

Bližší technická specifikace:

- Odběrové zařízení je schopné na základě cyklonového odlučování nebo obdobného principu selektivně zachycovat a koncentrovat z odebíraného vzduchu částice biologického aerosolu menší než 10 µm do tekutého média a zároveň zařízení účinně vzorkuje částice do velikosti nejméně 0,5 µm.
- Odběrové schopnosti s vyjádřením účinnosti vzorkování výrobce deklaruje vlastním měřením s uvedením původu dat nebo nezávislým testem (výsledky měření mohou být v původním jazyce).
- Maximální průtoková rychlost je alespoň 300 litrů za minutu, průtoková rychlost může být regulovatelná.
- Přenosné zařízení s maximální hmotností 6 kg.
- Elektrické napájení je bateriové s možným připojením ke zdroji vnějšího napětí 230 nebo 12 V.
- Doba provozu na baterie alespoň 60 minut.
- Nastavitelná doba vzorkování s maximálním vzorkovacím lůžkem alespoň 3 hodiny.
- Zařízení umožňuje vzorkování rizikových a vysoce rizikových biologických agens a následnou spolehlivou dekontaminaci.
- Dodavatel deklaruje účinnou dekontaminační lůžko, které nepoškozuje přístroj a dekontaminační postup.
- Součástí nabídky je uvedení stupně krytí IP nebo jinak vyjádřená odolnost vůči kapalinám, které není v rozporu s doporučeným způsobem dekontaminace.
- Zařízení je ovladatelné prostřednictvím odpovídajících ochranných pomůcek, ovládací prvky jsou utvářené.
- Nabídka bude obsahovat cenu spotřebního materiálu (např. vzorkovnice) a vyžadované pravidelné servisní úkony s vyjádřením aktuální ceny.