



Č.j.: PPR-17442-94/ČJ-2012-990656

**ZPRÁVA O JEDNÁNÍ A POSOUZENÍ NABÍDEK
V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM PODLE § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
Č.j.: PPR-17442-94/ČJ-2012-990656**

Název zadavatele: Česká republika – Ministerstvo vnitra

IČO zadavatele: 00007064

Sídlo zadavatele: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Stanislav Loskot, zástupce ředitele Správy
logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR

Veřejná zakázka s názvem: „Genetický analyzátor (Sekvenátor)“

Evidenční číslo veřejné zakázky: PPR-17442/ČJ-2012-990656

Termín prvního jednání: 17. června 2013, v 9:00 hodin

I. Oslovení dodavatelé k jednání

Na základě předchozího otevřeného řízení, v němž byli vyloučeni oba uchazeči, kteří jako jediní podali nabídku se následně postupuje v souladu s § 22 odst. 1 a 2 zákona a oslovili se vyloučení uchazeči k doplnění dokumentů, které nebyly dodány v předchozím otevřeném řízení.

Obchodní firma/název/jméno, případně jména, a příjmení dodavatele/zájemce	Sídlo/místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu	IČ/RČ/datum narození dodavatele/zájemce
EAST PORT PRAHA s.r.o.	Možného 1065/10 161 00 Praha 6	IČ: 26185423
WATREX Praha, s.r.o.	Drnovská 1112/60 161 00 Praha 6 Ruzyně	IČ: 26142376


II. Účastníci 1. jednání

Účastníci 1. jednání se na základě výzvy k jednání firmě EAST PORT PRAHA s.r.o. ze dne 5. června 2013 a WATREX Praha, s.r.o. ze dne 5. června 2013 sešli dne 17. června 2013 v 9:00 hodin v kanceláři č. 203 v sídle zadavatele na svém prvním jednání vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce.

Jméno a příjmení	Pracovní zařazení
Ing. Kateřina Stuchlíková	Odbor veřejných zakázek SLZ PP ČR
Mgr. Ilona Blahníková	Odbor veřejných zakázek SLZ PP ČR
Ing. Stanislav Loskot	Zadavatel
plk. Ing. Roman Hradil PhD.	KÚP odbor kriminalistických identifikací
pplk. RNDr. Martin Krátký	KÚP odbor kriminalistických identifikací
kpt. RNDr. Pavel Čapek	KÚP odbor kriminalistických identifikací

Dále se jednání zúčastnili zástupci uchazeče:

EAST PORT PRAHA s.r.o.
IČ: 26185423, DIČ: CZ26185423
Možného 1065/10



161 00 Praha 6
Marcel Kunay
Ing. Sonja Lachmanová, PhD.

WATREX Praha, s.r.o.
IČ: 26142376, DIČ: CZ26142376
Drnovská 1112/60
161 00 Praha 6 Ruzyně
RNDr. Marek Minárik, Ph.D.
Mgr. Jan Zástěra


- III. Při tomto prvním jednání členové komise posoudili doklady, které dodavatelé doručili na jednání do 9:00 hodin dne 17. června 2013, a které nebyly dodány v požadované formě v předchozím otevřeném řízení. Komise konstatuje, že doklady jsou dodány v požadovaném rozsahu. Poté zástupci dodavatelů a členové komise prodiskutovali technické hodnoty parametrů nabízeného přístroje. V předchozím otevřeném řízení uveřejněné dne 11. dubna 2013 ve věstníku veřejných zakázek, evidenční číslo 7302010050622 bylo z obou podaných nabídek dodavatele WATREX PRAHA s.r.o. i EAST PORT PRAHA s.r.o. zjištěno, že nabízený přístroj obsahoval stejné sériové výrobní číslo, ale pro účely hodnocení byly v nabídkách uvedeny technické hodnoty parametrů přístroje, které se v některých hodnotách neshodovaly nebo byly nejasné. Pro účely hodnocení technických parametrů nabízeného přístroje, došlo mezi uchazeči ke shodě a potvrzení, že se jedná o stejný přístroj se sériovým číslem 17216-013. Jednalo se tedy o stejný přístroj v nabídkách obou uchazečů. Na základě jednání se oba uchazeči shodli na sjednocení technických hodnot parametrů přístroje pro účely hodnocení viz přehled níže. Zástupci uchazečů potvrdili termín pro podání nabídky, který byl stanoven do 24. června 2013 do 9.30 hodin.

Možnost čtení DNA	1000
Výkon vrchního i dolního paprsku laseru	8,5 mW
Ohnisko	3,02
Grating Rotation	0,060
CCD Rotation	0,45

Jméno a příjmení	Podpis
Ing. Kateřina Stuchlíková	
Mgr. Ilona Blahníková	
Ing. Stanislav Loskot	
plk. Ing. Roman Hradil PhD.	
pplk. RNDr. Martin Krátký	
kpt. RNDr. Pavel Čapek	
Marcel Kunay	
RNDr. Marek Minárik, Ph.D.	
Mgr. Jan Zástěra	

Předání zprávy o jednání a posouzení nabídky zadavateli

Zpráva byla předána zadavateli dne	17. červen 2013
------------------------------------	-----------------



Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	<u>Ing. Stanislav Loškot</u>
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	



Č.j.: PPR-17442-95/ČJ-2012-990656

**ZPRÁVA O JEDNÁNÍ A POSOUZENÍ NABÍDEK
V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM PODLE § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
Č.j.: PPR-17442-95/ČJ-2012-990656**

Název zadavatele: Česká republika – Ministerstvo vnitra

IČO zadavatele: 00007064

Sídlo zadavatele: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Stanislav Loskot, zástupce ředitele Správy
logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR

Veřejná zakázka s názvem: „Genetický analyzátor (Sekvenátor)“

Evidenční číslo veřejné zakázky: PPR-17442/ČJ-2012-990656

Termín druhého jednání: 24. června 2013, v 9:30 hodin

I. Seznam posouzených nabídek

Na základě předchozího otevřeného řízení, v němž byli vyloučeni oba uchazeči, kteří jako jediní podali nabídku se následně postupuje v souladu s § 22 odst. 1 a 2 zákona a oslovili se vyloučení uchazeči k doplnění dokumentů, které nebyly dodány v předchozím otevřeném řízení. Uchazeči doplnili požadované doklady do data 1. jednání v požadovaném rozsahu a tím postoupili do hodnocení nabídek.

Obchodní firma/název/jméno, případně jména, a příjmení dodavatele/zájemce	Sídlo/místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu	IČ/RČ/datum narození dodavatele/zájemce
EAST PORT PRAHA s.r.o.	Možného 1065/10 161 00 Praha 6	IČ: 26185423
WATREX Praha, s.r.o.	Drnovská 1112/60 161 00 Praha 6 Ruzyně	IČ: 26142376

II. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Číslo nabídky	Důvod pro vyřazení nabídky
	Nebyly vyřazeny žádné nabídky

III. Účastníci 2. jednání

Účastníci 2. jednání se sešli dne 24. června 2013 v 9:30 hodin v kanceláři č. 209 v sídle zadavatele na svém druhém jednání vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce.

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:

Jméno a příjmení	Pracovní zařazení
Ing. Kateřina Stuchlíková	Odbor veřejných zakázek SLZ PP ČR
Mgr. Ilona Blahníková	Odbor veřejných zakázek SLZ PP ČR
plk. Ing. Roman Hradil PhD.	KÚP odbor kriminalistických identifikací
pplk. RNDr. Martin Krátký	KÚP odbor kriminalistických identifikací



pplk. Mgr. Vlastimil Stenzl

KÚP odbor kriminalistických identifikací

Dále se jednání zúčastnil zástupce uchazeče:

EAST PORT PRAHA s.r.o.
IČ: 26185423, DIČ: CZ26185423
Možného 1065/10
161 00 Praha 6
Marcel Kunay

IV. Oba uchazeči do termínu pro podání nabídky, který byl stanoven do 24. června 2013 do 9.30 hodin doručili nabídky:

Nabídka č. 1

WATREX Praha, s.r.o.
IČ: 26142376, DIČ: CZ26142376
Drnovská 1112/60
161 00 Praha 6 Ruzyně

Nabídková cena: 2 587 312 Kč bez DPH, tj. 3 130 648 Kč včetně DPH 21%

Možnost čtení DNA	1000
Výkon vrchního i dolního paprsku laseru	8,5 mW
Ohnisko	3,02
Grating Rotation	0,060
CCD Rotation	0,45

Nabídka č. 2

EAST PORT PRAHA s.r.o.
IČ: 26185423, DIČ: CZ26185423
Možného 1065/10
161 00 Praha 6

Nabídková cena: 2 549 000 Kč bez DPH, tj. 3 084 290 Kč včetně DPH 21%

Možnost čtení DNA	1000
Výkon vrchního i dolního paprsku laseru	8,5 mW
Ohnisko	3,02
Grating Rotation	0,060
CCD Rotation	0,45

V. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění.

Obě nabídky splnily všechny stanovené zadávací podmínky.

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria

Nabídky budou posuzovány podle dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou:

Nabídková cena	60 %
----------------	------

Kvalita technických možností genetického analyzátoru:



- Genetický ananalyzátor (Sekvenátor) musí splňovat možnost čtení DNA v rozsahu od 60 do 600 bp, při nabídnuté hodnotě nad 600 bp bude hodnota bodově zhodnocena dle kapitoly 16.3 této zadávací dokumentace 8 %
- Výkon vrchního i dolního paprsku laseru min: 7.5 mW 8 %
- Ohnisko max: 3.3 8 %
- Grating Rotation max: 0.250 8 %
- CCD Rotation max: 1.0 8 %

Pro účely hodnocení uchazeč v nabídce uvede přesné hodnoty těchto parametrů.

Způsob hodnocení nabídek

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídky je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

U kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (možnost čtení DNA nad 600 bp, Výkon vrchního i dolního paprsku laseru min: 7.5 mW,), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnocené nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky:

$$\text{Počet bodů} = 100 * \frac{\text{Hodnota nabídky}}{\text{Hodnota nejvhodnější nabídky}}$$

U kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (nejnižší nabídková cena, Ohnisko max: 3.3, Grating Rotation max: 0.250, CCD Rotation max: 1.0), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce:

$$\text{Počet bodů} = 100 * \frac{\text{Hodnota nejvhodnější nabídky}}{\text{Hodnota nabídky}}$$

Získané body v příslušném dílčím kritériu budou vynásobeny jeho stanovenou váhou. Součet takto upraveného počtu bodů za všechna dílčí kritéria určuje pořadí uchazeče v celkovém hodnocení nabídek (nejvyšší počet bodů znamená nejlépe hodnocenou nabídku).

Pořadí nabídek bude sestaveno sestupně podle výše počtu bodů.

Výsledek hodnocení je uveden v příložené tabulce.

Komise také posoudila v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Po tomto posouzení komise konstatuje, že nabídka mimořádně nízkou nabídkovou cenu neobsahuje.

Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č. 2 uchazeče EAST PORT PRAHA s.r.o. s celkovým počtem 100 bodů, s nabídkovou cenou za předmět plnění 2 549 000 Kč bez DPH, tj. 3 084 290 Kč včetně DPH 21%.

VI. Výsledek hodnocení – pořadí nabídek

Pořadí nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče
1.	EAST PORT PRAHA s.r.o.
2.	WATREX Praha, s.r.o.



Na základě výše uvedeného doporučuje komise uzavřít zadavateli smlouvu na předmět plnění s uchazečem EAST PORT PRAHA s.r.o., IČ: 26185423.

Smlouva bude uzavřena na předmět plnění na částku 2 549 000,- Kč bez DPH, tj. 3 084 290,- Kč včetně 21% DPH.

Výše uvedený závěr přijala komise jednomyslně.

V Praze dne 24. června 2013, 10:10 hodin.

Se závěrem souhlasí a svými podpisy stvrzují:

Jméno a příjmení	Podpis
Ing. Kateřina Stuchlíková	
Mgr. Ilona Blahníková	
plk. Ing. Roman Hradil PhD.	
pplk. RNDr. Martin Krátký	
pplk. Mgr. Vlastimil Stenzl	

Předání zprávy o jednání a posouzení nabídky zadavateli

Zpráva byla předána zadavateli dne	24. červen 2013
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Ing. Stanislav Loskot
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	

Hodnocení nabídek veřejné zakázky "Genetický analyzátor (Sekvenátor)"

jednotlivá dílčí hodnotící kritéria	váha
Celková nabídková cena v Kč minimální hodnota	3 084 290,00
Možnost čtení DNA maximální hodnota	1000
Výkon vrchního i dolního paprsku laseru maximální hodnota	8,5
Ohnisko minimální hodnota	3,02
Grating Rotation minimální hodnota	0,060
CCD Rotation minimální hodnota	0,45
	8

Nabídka č. 1 - WATREX Praha s.r.o.	údaj z nabídky	počet bodů	počet bodů po započtení vah	celkem bodů	pořadí
Celková nabídková cena v Kč	3 130 648	98,52	59,11	99,11	2
Možnost čtení DNA	1000,0	100,00	8,00		
Výkon vrchního i dolního paprsku laseru	8,5	100,00	8,00		
Ohnisko	3,02	100,00	8,00		
Grating Rotation	0,060	100,00	8,00		
CCD Rotation	0,45	100,00	8,00		

Nabídka č. 2 - EAST PORT Praha s.r.o.	údaj z nabídky	počet bodů	počet bodů po započtení vah	celkem bodů	pořadí
Celková nabídková cena v Kč	3 084 290,00	100,00	60,00	100,00	1
Možnost čtení DNA	1000	100,00	8,00		
Výkon vrchního i dolního paprsku laseru	8,5	100,00	8,00		
Ohnisko	3,02	100,00	8,00		
Grating Rotation	0,06	100,00	8,00		
CCD Rotation	0,45	100,00	8,00		