



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

správa logistického zabezpečení



Č.j.: PPR13735-15ČJ-2013-990656

Praha 15. července 2013

Počet listů: 1

Dle seznamu dodavatelů,
kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám

V souladu s ust. § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Vám zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám vyhlášené veřejné zakázky „**Nákup automatického robotického pipetovacího systému**“ evidované ve VVZ pod evidenčním číslem VZ 354140.

Dotaz

V zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nákup automatického robotického pipetovacího systému“, Č.j.: PPR-13735-9/ČJ-2013-990656 jsou uvedeny v technické specifikaci rozměry přístroje max. 155 š x 50 h x 110 v (cm). V nabídce máme přístroj splňující další požadavky o hloubce 81,3 cm, vzhledem k tomu, že k přístroji požadujete také pracovní stůl pro pipetovací automat, je pro Vás akceptovatelná i tato hloubka stroje?

Odpověď zadavatele

Uvedená změna rozměru není pro nás limitní a jsme tedy schopni tuto změnu akceptovat bez následných problémů.

Zpracovala: Mgr. Ilona Blahníková
tel.: 974 884 477

Ing. Stanislav Loskot
za zadavatele

Nádražní 16
155 00 Praha 5

Tel.: +420 974 884 511
Fax: +420 974 884 402
Intranet slzpp.osc.sekret@pcr.cz
Email: slzsekret@mvcz.cz