



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení
Odbor veřejných zakázek



Č. j. PPR-4358-17/ČJ-2013-990656

Praha 29. dubna 2013

Počet listů: 1

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Na základě písemné žádosti uchazeče Vám poskytujeme dodatečné informace k veřejné zakázce vedené pod názvem „Spotřební materiál a servis zařízení určených pro genetická zkoumání v letech 2013 až 2015“.

Dotaz uchazeče:

Prosíme o zodpovězení následujících dotazů k nadlimitní veřejné zakázce "Spotřební materiál a servis určených pro genetická zkoumání v letech 2013 až 2015"

1) Zakázka je rozdělena do 4 skupin:

- a) je možné podat nabídku pouze na některou z těchto 4 skupin?
- b) je možné podat nabídku pouze na celou skupinu nebo i jen na některé položky z těchto skupin?

2) Prosíme o vyjasnění údajů ve specifikaci předmětu plnění:

Ve skupině D je položka č. 37 „[kit pro izolaci lidské DNA pomocí silika kolonky Mini Kit 250 reakcí](#)“, u této skupiny je pak v kolonce „požadovaný počet ks/rce/ml“ uvedeno číslo [300](#) (?) a v kolonce počet balení [6](#).

Údaje jsou matoucí a není zřejmé kolik reakcí celkem zadavatel požaduje.

Náš dotaz:

- a) kolik reakcí celkem zadavatel požaduje
- b) jelikož v názvu kitu uvádíte 250 reakcí, bude akceptována nabídka i na kit v jiné standardní velikosti (50, 100... reakcí/kit)?

(Samozřejmě, že v takovém případě by pak byl celkový počet požadovaných kitů přepočítán tak, aby bylo dodrženo celkové množství požadovaných reakcí).

Odpověď zadavatele:

1) Zakázka je rozdělena do 4 skupin:

- a) ano, je možné podat cenovou nabídku na jednotlivé skupiny (A, B, C nebo D) nebo jejich kombinace anebo na všechny čtyři skupiny,

Nádražní 16
150 05 Praha 5

Tel.: +420 974 884 549
Fax.: +420 974 884 409
E-mail: oshspp@mvcrcz

b) cenová nabídka musí být vždy podána na celou skupinu.

2) Specifikace předmětu plnění:

a) požadujeme kit s 250 reakcemi v počtu 6 balení. Došlo k početní chybě. Původně požadovaný kit obsahoval 50 reakcí,

b) požadujeme kit s 250 reakcemi.

Ing. Stanislav Loskot
za zadavatele