



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení
Odbor veřejných zakázek



Čj. PPR-4358-43/ČJ-2013-990656

Praha 27. června 2013

Počet listů: 3

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

ve věci veřejné zakázky realizované dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na akci:

„Spotřební materiál a servis zařízení určených pro genetická zkoumání v letech 2013 až 2015“.

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen „hodnotící komise“) ve složení:

Předseda: Bc. Martina Chvátalová, OVZ SLZ PP ČR
Místopředseda: plk. Mgr. Luboš Kothaj, KÚP PP ČR
Členové: pplk. Ing. Roman Hradil, KÚP PP ČR
pplk. RNDr. Martin Krátký, KÚP PP ČR
Bc. Roman Němeček, OVZ SLZ PP ČR

převzala nabídky níže uvedených uchazečů, kteří prokázali splnění kvalifikace dle § 59 zákona. Dále byly nabídky posouzeny v souladu s ust. § 76 a § 77 zákona.

Posuzované nabídky

Skupina B

Nabídka Obchodní jméno uchazeče: East Port Praha, s.r.o.
č. 1 IČ: 26185423, DIČ: CZ26185423
Možného 1065/10
161 00 Praha 6

Při posouzení nabídky dle ust. § 76 odst. 1 zákona komise konstatuje, že nabídka splňuje veškeré zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

Nabídka Obchodní jméno uchazeče: DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o.
č. 4 IČ: 48108731, DIČ: CZ48108731
Vodičkova 791/41
110 00 Praha 1

Při posouzení nabídky dle ust. § 76 odst. 1 zákona komise konstatuje, že nabídka nesplňuje veškeré zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Následující položky nesplňují podmínky uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace:

položka č. 10 není uvedeno zda je položka určena pro pipetovací automat Biomek 3000,

položka č. 11 není uvedena kompatibilita s přístrojem LightCycler 480II,

položka č. 12 není uvedena kompatibilita pro Biomek 3000,

položka č. 13 není kompatibilní s požadovanou položkou č. 12 a není uvedena kompatibilita s přístrojem Biomek 3000,

položka č. 14 nesplňuje požadovaný objem DNA do reakce 17 ul, nesplňuje možnost komplementárního kitu s odlišnými primery. A rovněž není uvedena kompatibilita s přístrojem Biomek 3000,

položka č. 15, č. 16, č. 17 není uvedena kompatibilita s přístrojem Biomek 3000,

položka č. 18, č. 19 nesplňuje podmínky obecné specifikace,

položka č. 20 nesplňuje požadovaný objem DNA do reakce 17 ul a není uvedena kompatibilita pro Biomek 3000,

položka č. 21 není uvedena kompatibilita s Biomek 3000,

položka č. 22, č. 23, č. 24, č. 25 není v nabídce uvedena samostatně (požadováno i jako samostatná položka),

položka č. 26 nesplňuje požadovaný objem DNA do reakce 17 ul a není uvedena kompatibilita pro Biomek 3000.

Vzhledem k výše uvedenému hodnotící komise vyřazuje uchazeče s nabídkou č. 4 z účasti v zadávacím řízení.

Skupina D

Nabídka č. 3	Obchodní jméno uchazeče:	Bio-Consult Laboratories spol. s r.o. IČ: 49617281, DIČ: CZ49617281 Božejovická 145 142 01 Praha 4 – Libuš
-----------------	--------------------------	---

Při posouzení nabídky dle ust. § 76 odst. 1 zákona komise konstatuje, že nabídka splňuje veškeré zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

Nabídka č. 4	Obchodní jméno uchazeče:	DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o. IČ: 48108731, DIČ: CZ48108731 Vodičkova 791/41 110 00 Praha 1
-----------------	--------------------------	---

Při posouzení nabídky dle ust. § 76 odst. 1 zákona komise konstatuje, že nabídka splňuje veškeré zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

Hodnotící komise nabídky č. 3 a č. 4 ve skupině D posoudila v souladu s ustanovením § 77, odst. 1 zákona dle výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a po tomto posouzení konstatuje, že nabídky mimořádně nízkou nabídkovou cenu neobsahují.

V souladu s ust. § 79 odst. 6 zákona hodnotící komise neprovedla hodnocení nabídek pro skupinu B, protože by hodnotila nabídku pouze jednoho uchazeče.

Hodnotící komise přistoupila k hodnocení nabídek pro skupinu D v souladu s ust. § 79 zákona. Nabídky byly hodnoceny dle ust. § 78 odst. 1 písm. b) zákona – kritérium nejnížší nabídková cena. V souladu s ust. § 79 odst. 4 zákona bylo komisí stanoveno toto pořadí nabídek:

skupina D

Pořadí:	Číslo nabídky:	Uchazeč:	IČ:	Celková nabídková cena včetně DPH
1.	4	DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o.	48108731	2 504 193,- Kč
2.	3	Bio-Consult Laboratories spol. s r.o.	49617281	3 054 923,- Kč

Na základě výše uvedeného doporučuje komise zadavateli uzavřít smlouvu pro skupinu D s uchazečem **DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o., Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1.**

Výše uvedený závěr přijala komise jednomyslně.

V Praze dne 27. června 2013, 10.36 hodin.

Se závěrem souhlasí a svými podpisy stvrzují:

plk. Mgr. Luboš Kothaj

plk. Mgr. Luboš Kothaj v. r.

pplk. Ing. Roman Hradil

pplk. Ing. Roman Hradil v. r.

pplk. RNDr. Martin Krátký

pplk. RNDr. Martin Krátký v. r.

Bc. Roman Němeček

Bc. Roman Němeček v. r.

Bc. Martina Chvátalová

Bc. Martina Chvátalová v. r.

*Zpracovala
Bc. Martina Chvátalová
tel. 884549*