



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení
Odbor veřejných zakázek



Č. j. PPR-4358-18/ČJ-2013-990656

Praha 7. května 2013

Počet listů: 1

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Na základě písemné žádosti uchazeče Vám poskytujeme dodatečné informace k veřejné zakázce vedené pod názvem „Spotřební materiál a servis zařízení určených pro genetická zkoumání v letech 2013 až 2015“.

Dotaz uchazeče:

Prosím o zodpovězení následujícího dotazu k veřejné zakázce "Spotřební materiál a servis určených pro genetická zkoumání v letech 2013 až 2015".

Dotaz se týká skupiny D, položek č. 45 a 46.

Je požadováno, aby byly špičky pro pipety Finntip 5 ml (položka 45) a špičky pro pipety Finntip 10 ml (položka 46) s certifikací minimálně na úrovni DNA free?

Tuto certifikaci mají pouze špičky Finntip sterilní. V obecné specifikaci ale tento požadavek na sterilitu u položek 45 a 46 není uvedený, na rozdíl od položek 40, 41, 42, 43, 44, což je matoucí a prosím tedy o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje u položek č. 45 a č. 46 špičky sterilní s certifikací minimálně na úrovni DNA free.

Ing. Stanislav Loskot
za zadavatele

Nádražní 16
150 05 Praha 5

Tel.: +420 974 884 549
Fax.: +420 974 884 409
E-mail: oshspp@mvcv.cz