



Č.j. KRPP-156730-10/ČJ-2012-0300VZ

Plzeň 31.října 2012

Počet listů: 2

Dodatečná informace č. 3
veřejné zakázky „Nákup spotřební chemie - genetika“
dle § 49odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen zákon)

Název zadavatele: Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Sídlo zadavatele: Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
IČ: 75151529
DIČ: CZ 75151529
Statutární orgán: ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,
plk. Mgr. Jaromír Kníže
Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Marcela Barochová, tel. 974 322 719, e-mail: voplz@mvcv.cz
(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel obdržel dne 30.10.2012 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď:

Dotaz:

Ve své žádosti ze dne 24.10.2012 jsem žádal o následující dodatečnou informaci k položce č.9, část A:

Otázka č.18: Definujte, co si představujete pod pojmem validace pro forenzně-genetické použití. Na tuto otázku se mi dostalo dopisem ze dne 30.10.2012 následující odpovědi: „Zadavatel požaduje kapiláru kompatibilní s přístrojem ABI 3100.“.

Nádražní 2
306 28 Plzeň

Jelikož moje otázka nebyla zodpovězena a požadavek na validaci pro forenzně-genetické použití s kapilárou 36 cm je i u upravené verzi specifikace předmětu veřejné zakázky ze dne 30.10.2012.

Odpověď:

Pojem „validace pro forenzně genetické použití“ se vztahuje k akreditovanému postupu používanému na pracovišti OKTE Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, kdy tento postup je validován na kapiláru délky 36cm.

plk. Mgr. Jaromír Kníže v.r.
ředitel