



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE



Odbor veřejných zakázek

Č.j. KRPP-156730-8/ČJ-2012-0300VZ

Plzeň 30.října 2012

Počet listů: 5

Přílohy: 1/5

**Dodatečná informace č. 1 a 2
veřejné zakázky „Nákup spotřební chemie - genetika“
dle § 49odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen zákon)**

Název zadavatele: Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Sídlo zadavatele: Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
IČ: 75151529
DIČ: CZ 75151529
Statutární orgán: ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,
plk. Mgr. Jaromír Kníže
Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Marcela Barochová, tel. 974 322 719, e-mail: voplz@mvcv.cz
(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel obdržel dne 25.10.2012 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi:

Dodatečné informace k položce č.3, část A:

V obecné specifikaci pro položku č.3 „kit pro amplifikaci STR lokusů specifických pro celkovou lidskou DNA, souběžná amplifikace lokusů kit pro amplifikaci STR lokusů specifických pro celkovou lidskou DNA, souběžná amplifikace lokusů (D3S1358, vWA, D16S539, D2S1338, D8S1179, D21S11, D18S51, D19S433, TH01, FGA, D5S818, D7S820, CSF1PO, TPOX, D13S317, Amelogenin“ uvádíte následující podmínky: “ protokoly pro využití ve forenzní genetice, validovaný systém; možnost použití při současném nastavení spektrální kalibrace sekvenátoru ABI 3130 bez

Nádražní 2
306 28 Plzeň

nutnosti jeho recalibrace; **možnost použití bez nutnosti revalidace zavedených akreditovaných postupů v laboratoři**; 100% identické sekvence primerů pro amplifikaci lokusů obsažených v kitu AmpFI STR NGM SElect nyní používaným laboratoří (D3S1358, D8S1179, D16S539, D18S51, D21S11, FGA, TH01, vWA, D2S1338, D19S433).

Otázka č.1: Definujte prosím, co považujete za protokoly pro využití ve forenzní genetice.

Otázka č.2: Definujte prosím, jak si představujete v praxi splnění požadavku na validovaný systém.

Otázka č.3: Doplněte informaci, jaké je vaše současné nastavení spektrální kalibrace a jaké matrice byly v minulosti na vašem sekvenátoru instalovány.

Otázka č.4: Doplněte informaci, jaké konkrétní postupy jsou ve vaší laboratoři akreditovány.

Otázka č.5: Za účelem zjištění, zda u námi nabízeného produktu nebude zapotřebí revalidace, zašle kopii platného validačního protokolu pro položku č.3. + vysvětlení, jak definujete validaci a revalidaci.

Otázka č.6: Zašle sekvence primerů pro Vámi používaný kit AmpFI STR NGM SElect nyní používaným laboratoří (D3S1358, D8S1179, D16S539, D18S51, D21S11, FGA, TH01, vWA, D2S1338, D19S433).

Odpověď k otázce č. 1 až č. 6:

Zadavatel podmínky uvedené v položce č. 3 Část A nepožaduje, což upřesňuje v dodatečné informaci č. 2 – Specifikace předmětu veřejné zakázky.

Dodatečné informace k položce č.4, část A:

V obecné specifikaci pro položku č.4: „kit pro amplifikaci STR lokusů specifických pro celkovou lidskou DNA, souběžná amplifikace lokusů (D3S1358, vWA, D16S539, D2S1338, D8S1179, D21S11, D18S51, D19S433, TH01, FGA, Amelogenin a pěti ESS lokusů (D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, D12S391), včetně lokusu SE33 uvádíte následující podmínky: protokoly pro využití ve forenzní genetice, validovaný systém; možnost použití při současném nastavení spektrální kalibrace sekvenátoru ABI 3130 bez nutnosti jeho recalibrace; možnost použití bez nutnosti revalidace zavedených akreditovaných postupů v laboratoři; 100% identické sekvence primerů pro amplifikaci lokusů obsažených v kitu Identifiler dříve používaným laboratoří (D3S1358, D8S1179, D16S539, D18S51, D21S11, FGA, TH01, vWA, D2S1338, D19S433).

Otázka č.7: Za účelem zjištění, zda u námi nabízeného produktu nebude zapotřebí revalidace, zašle kopii platného validačního protokolu pro položku č.4.

Otázka č.8: Zašle sekvence primerů pro kit Identifiler nyní používaným laboratoří (D3S1358, D8S1179, D16S539, D18S51, D21S11, FGA, TH01, vWA, D2S1338, D19S433).

Odpověď k otázce č. 7 a č.8:

Zadavatel podmínky uvedené v položce č. 4 Část A nepožaduje, což upřesňuje v dodatečné informaci č. 2 – Specifikace předmětu veřejné zakázky.

Dodatečné informace k položce č.5, část A:

V obecné specifikaci pro položku č.5: „kit pro analýzu Y chromozomu obsahující 16 markerů (DYS19, DYS389I, DYS389II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS385a/b, DYS437, DYS438, DYS439, DYS448, DYS456, DYS458, DYS635, YGATA H4) uvádíte následující podmínky: protokoly pro využití ve forenzní genetice, vhodný i pro analýzu ve směsích, musí obsahovat Taq Gold polymerasu, kontrolní DNA, alelický ladder a PCR reakční směs; možnost

použití při současném nastavení spektrální kalibrace sekvenátoru ABI 3130 bez nutnosti jeho rekalibrace; možnost použití bez nutnosti revalidace zavedených postupů v laboratoři.

Otázka č.8: Doplněte informaci, čím je splněna podmínka „vhodný i pro analýzu směsi“.

Odpověď k otázce. 8:

Zadavatel podmínky uvedené v položce č.5 Část A nepožaduje, což upřesňuje v dodatečné informaci č. 2 – Specifikace předmětu veřejné zakázky.

Otázka č.9: Doplněte informaci, zda je namísto Taq Gold Polymerasy možné nabídnout analogickou polymerázu se stejnými nebo lepšími vlastnostmi.

Odpověď k otázce č. 9:

Zadavatel umožňuje nabídku analogické polimerázy se stejnými nebo lepšími vlastnostmi.

Otázka č.10: Požadavek na přítomnost kontrolní DNA je příliš obecný. Doplněte prosím informaci o zdrojové tkáni, koncentraci, čistotě a zejména požadavku návaznosti na standardy DNA od NIST.

Otázka č.11: Doplněte informaci o požadovaném složení PCR reakční směsi.

Otázka č.12: Za účelem zjištění, zda u námi nabízeného produktu nebude zapotřebí validace, zašle kopii platného validačního protokolu pro položku č.5.

Odpověď k otázce 10 až 12:

Zadavatel podmínky uvedené v položce č. 5 Část A nepožaduje, což upřesňuje v dodatečné informaci č. 2 – Specifikace předmětu veřejné zakázky.

Dodatečné informace k položce č.7, část A:

V obecné specifikaci pro položku č.7: „kit pro kvantifikaci celkové lidské a specificky mužské DNA - kvantifikace celkové lidské a mužské DNA v jedné reakci - standardní křivka v rozsahu 23pg-50ng/ul DNA - musí obsahovat vnitřní pozitivní kontrolu, obsahuje sigle-copy cílovou sekvenci lidského markeru o velikosti 140 bp a siglecopy cílovou sekvenci lidského markeru na Y-chromozomu o velikosti 130bp; fluorescenčně značené proby FAM,VIC a NED; validovaný reakční objem 25ul“ uvádíte následující podmínky: analýza v jediné reakci, kompatibilita s RealTime ABI 7500, kompatibilita s položkou č.1, 2, 6, 7 a 15; kompatibilita s RealTime ABI 7500; možnost použití při současném nastavení kalibrace přístroje bez nutnosti jeho rekalibrace; validační certifikát pro kombinaci kitu, RealTime ABI 7500 a vyhodnocovacího softwaru HID RealTime PCR analysis software v1.1;možnost použití bez nutnosti revalidace zavedených akreditovaných postupů v laboratoři“.

Otázka č.13: Doplněte informaci o požadavcích na vnitřní pozitivní kontrolu (sekvence DNA, sekvence próby, značení próby).

Otázka č.14: Za účelem zjištění, zda u námi nabízeného produktu nebude zapotřebí revalidace, zašle kopii platného validačního protokolu pro položku č.7. Definujte, co si představujete pod pojmem validační certifikát.

Otázka č.15: Doplněte informaci, jaké je vaše současné nastavení kalibrace přístroje.

Odpověď k otázce č. 13 až č. 15:

Zadavatel podmínky uvedené v položce č.5 Část A nepožaduje, což upřesňuje v dodatečné informaci č. 2 – Specifikace předmětu veřejné zakázky.

Otázka č.16: Doplňte informaci o cílové sekvenci požadovaného lidského markeru o velikosti 140 párů bazí, včetně sekvence próby a značení próby.

Otázka č.17: Doplňte informaci o cílové sekvenci požadovaného lidského markeru na Y-chromozomu o velikosti 130 párů bazí, včetně sekvence próby a značení próby.

Odpověď k otázce 13 až 17:

Zadavatel podmínky uvedené v položce č. 7 Část A nepožaduje, což upřesňuje v dodatečné informaci č. 2 – Specifikace předmětu veřejné zakázky.

Dodatečné informace k položce č.9, část A:

V obecné specifikaci pro položku č.9: „polymer do sekvenátoru ABI 3130 pro forenzně-genetickou analýzu standardních STR lokusů“ uvádíte následující podmínky: „kompatibilita se sekvenátorem ABI 3130; validace pro forenzněgenetické použití s kapilárou 36cm; minimální expirační lhůta 3 měsíce od dodání“.

Otázka č.18: Definujte, co si představujete pod pojmem validace pro forenzně-genetické použití.

Odpověď:

Zadavatel požaduje kapiláru kompatibilní s přístrojem ABI 3130.

Dodatečné informace k položce č.1, část C:

V obecné specifikaci pro položku č.1 (část C): „kit pro extrakci lidské DNA z typických forenzních vzorků, ze tkání, zaschlé krve, tělních tekutin, plošných anonymních stěrů, která je dále použitelná pro PCR, dále je schopný extrahovat efektivně DNA z krve obsahující citrát, heparin a EDTA (kompletní odstranění častých inhibitorů), bez požadavku na mechanickou homogenizaci“ uvádíte následující podmínky: rychlá procedura (ruční práce nezabere víc než 1/2 hodiny), vysoká výtěžnost DNA, izolace založena na silica membráně, možnost použití bez nutnosti revalidace zavedených akreditovaných postupů v laboratoři:

Otázka č.19: Jakou minimální výtěžnost předpokládáte pro jednotlivé typy biologických stop?

Odpověď:

Není relevantní k předmětu plnění.

Otázka č.20: Jakým způsobem jsou zajišťovány plošné anonymní stěry? Uveďte prosím také typ a výrobce používaného tamponu nebo olepové pásky.

Odpověď:

Není relevantní k předmětu plnění.

Otázka č.21: Za účelem zjištění, zda u námi nabízeného produktu nebude zapotřebí revalidace, zašle prosím kopii platného validačního protokolu pro položku č.1 (část C).

Odpověď :

Zadavatel podmínky uvedené v položce č. 1 Část C nepožaduje, což upřesňuje v dodatečné informaci č. 2 – Specifikace předmětu veřejné zakázky.

Dodatečné informace k bodu 7.3 výzvy:

Pod bodem 7.3. „Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona“ uvádíte podmínku, že „zadavatel v posledních 3 letech realizoval nejméně 3 obdobné dodávky v rozsahu minimálně 500 000 Kč v rámci jedné ucelené zakázky“.

Otázka č.22: Je suma 500 000 míněna bez DPH nebo včetně DPH v zákonné výši?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje uvedenou hodnotu jako hodnotu 500 000,-Kč včetně DPH, přičemž DPH činí 20%.

Otázka č.23: Je nutné do čestného prohlášení uvádět, že dodavatel v posledních 3 letech realizoval nejméně 3 obdobné dodávky v rozsahu minimálně 500 000 Kč v rámci jedné ucelené zakázky“. Nepostačuje obecné čestné prohlášení, že dodavatel je schopen splnit danou zakázku a následně nejsou předkládána žádná osvědčení o splnění Vámi stanoveného limitu zakázky 500 000 Kč?“

Odpověď:

Zadavatel požaduje ke splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona předložení čestného prohlášení jak bylo uvedeno ve výzvě k podání nabídky.

Zadavatel upřesnil zadávací dokumentaci „Specifikace předmětu veřejné zakázky a využívá také svého práva dle § 49 odst. 4 a poskytuje všem uchazečům dodatečnou informaci č. 2 - viz. příloha – Specifikace předmětu veřejné zakázky.

plk. Mgr. Jaromír Kníže v.r.
ředitel