

Smlouva o dílo

č.j. KRPB-270698-4/ČJ-2015-0600VZ

Čl. I.

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená Mgr. Ilonou Šídlovou, vedoucí oddělení materiálně technického zabezpečení
IČ: 75151499
DIČ: CZ75151499
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 135034881/0710
kontaktní osoba: Michal Pelinka, tel.: 974 623 778, 725113710,
e-mail: michal.pelinka@pcr.cz

(dále jen jako "objednatel")

Zhotovitel:

obchodní firma: SEQme s.r.o.
se sídlem: Dlouhá 176, 263 01 Dobříš
zastoupená: Richardem Nádvorníkem, jednatelem společnosti
IČ: 24312819
DIČ: CZ24312819
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. LBW Bank CZ a.s.
číslo účtu: 207053935/0600
zapsaná v OR vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 195507
kontaktní osoba: Mgr. Markéta Krupařová, tel.: 725 813 755,
e-mail: marketa.kruparova@seqme.eu

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

Čl.II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele **servisní prohlídku, seřízení a vystavení ověřovacího protokolu na níže uvedené přístroje:**

- **Genetický analyzátor 3130 Genetic Analyzer vč. 19345-017**
- **Real Time PCR system 7500 vč. 275002934**
- **Termocykler Gene Amp PCR systém 9700 vč. 805S6080473**
- **Termocykler Gene Amp PCR systém 9700 vč. 805S9050880**

(dále jen „dílo“).

2. Přesný popis servisních úkonů je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy o dílo.

3. Objednatel se zavazuje za dílo specifikované v čl.II. uhradit smluvní cenu dle čl. VII. této smlouvy.

Čl. III.

Dodací podmínky

1. Způsob provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo při dodržení platných technických předpisů, bezpečnostních předpisů, předpisů na ochranu životního prostředí a ostatních zákonných ustanovení za současného dodržení vnitřních předpisů objednatele.

2. Místo provádění díla:

Místem provádění díla je Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor kriminalistické techniky a expertíz, Kounicova 24, 611 32 Brno.

3. Podmínky provádění díla:

- a) Zhotovitel nemůže pověřit prováděním díla jinou osobu.
- b) Objednatel se zavazuje předat předem zhotoviteli nezbytné informace potřebné k zajištění činnosti.
- c) Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele.

4. Termín provádění díla: nejpozději do 15. prosince 2015.

Čl. IV.

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

1. Odpovědnost za vady se řídí Občanským zákoníkem.

2. Zjištění kvalitativních a kvantitativních nedostatků je pověřený pracovník objednatele povinen bez zbytečného odkladu sdělit písemně zhotoviteli.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruční lhůtu 6 měsíců** od předání díla zhotovitelem a převzetí objednatelem. V záruční době je zhotovitel povinen případné vady primárně ve lhůtě určené objednatelem bezplatně odstranit. Nebude-li to možné, bude následně postupováno dle Občanského zákoníku.

Čl. V.

Cena plnění

1. Cena díla a způsob jejího určení:

Cena za předmět díla je stanovena dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon

o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky zhotovitele platné ke dni uzavření této smlouvy o dílo (viz Příloha č. 2).

Celková cena za provedení díla činí **bez DPH Kč 78.000,--**
vč. DPH Kč 94 380,--

slovy: devadesátčtyřtisíctřistaosmdesátkorunčeských.

DPH činí 21 %.

Celková cena za dílo je cena nejvýše přípustná.

Čl. VI.

Platební podmínky a fakturace

1. Platební podmínky:

Objednatel se zavazuje zaplatit do 21-ti dnů po obdržení daňového dokladu za provedení díla, a to převodem na účet zhotovitele.

2. Fakturace:

a) Daňový doklad bude předán ihned se splněním díla na adresu objednatele.

Daňový doklad musí obsahovat především tyto údaje:

- číslo daňového dokladu a smlouvy o dílo,
- název a sídlo objednatele a zhotovitele,
- den vystavení, odeslání a splatnosti daňového dokladu,
- přesný název předmětu smlouvy a jeho množství,
- strukturu platby,
- datum dodání předmětu smlouvy,
- číslo účtu, na který má být placeno.

b) Za datum uhrazení daňového dokladu se považuje den, kdy byla částka uvedená v daňovém dokladu odepsána z účtu objednatele.

c) Daňový doklad zasílejte pouze na níže uvedenou adresu:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Oddělení materiálně technického zabezpečení
Michal Pelinka
Kounicova 24
611 32 Brno

d) Objednatel je oprávněn před datem splatnosti vrátit daňový doklad, který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen servisní zprávou a který obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nově vystaveného daňového dokladu začíná znovu běžet ode dne jeho doručení objednateli.

e) Daňový doklad se považuje za proplacený okamžikem odepsání vystavené částky z účtu objednatele.

f) Jestliže je zhotovitel dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu a uhradit zhotoviteli pouze základ daně, tento postup je považován za splnění závazku objednatele.

Čl. VII.

Podmínky odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

3. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 5 dní a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel,
- b) pokud objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
- c) zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytuje nutné protiplnění a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
- d) neplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele,
- e) pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VIII.

Zajištění splnění závazků a povinností smluvních stran

- 1. V případě prodlení s provedením díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 2. V případě neuhrazení daňového dokladu objednatelem v termínu dle této smlouvy zaplatí objednatel úroky z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 3. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
- 4. V případě prodlení zhotovitele či v případě vadného plnění, které bude mít za následek způsobení škody, bude postupováno dle občanského zákoníku.
- 5. Škody způsobené zhotovitelem při provádění díla na vlastnictví objednatele či třetích osob v místě plnění díla, odstraní zhotovitel na své náklady.

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

- 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2. Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků potvrzených oběma smluvními stranami.
- 3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží kupující a jeden stejnopis prodávající.

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.

5. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

6. Tato smlouva o dílo obsahuje 5 (slovy: pět) stran textu a dvě přílohy, které obsahují 5 (slovy: pět) stran textu.

V Brně dne

18. 11. 2015




za objednatele
Mgr. Ilona Šídllová
vedoucí oddělení materiálně
technického zabezpečení

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24

V Dobříši dne

23. 11. 2015



za zhotovitele
Richard Nádvorník
jednatel společnosti
SEQme s.r.o.

Dlouhá 176, CZ-26301 Dobříš
IČ 24312819, DIČ CZ24312819
www.seqme.eu, info@seqme.eu





SEQme s.r.o.
Dlouhá 176, 26301 Dobříš, Česká republika
IČ 24312819, DIČ CZ24312819
www.seqme.eu, servis@seqme.eu

Verze dokumentu: 2014/2
Datum vystavení: 23.5.2014

Inspekce přístroje Applied Biosystems® 3130 a 3500

Tento produkt je určen pro tyto modely:

ABI 3100 - Avant™ - kat.č. **IP3100 Avant**
ABI 3100 - kat.č. **IP 3100**
ABI 3130 - kat.č. **IP3130**

ABI3130xl - kat.č. **IP3130XL**
ABI3500 - kat.č. **IP3500**
ABI3500xl - kat.č. **IP3500XL**

Doporučujeme provádění inspekce přístroje (preventivní prohlídky) dle potřeb laboratoře, nejméně jedenkrát ročně.

Tento servisní produkt zahrnuje:

- Evidenci konfigurace přístroje a vyhodnocovací jednotky
 - Aktuální hardware
 - Operační systém vyhodnocovací jednotky
 - Nastavení operačního systému
- Evidenci nainstalovaných software vč. verzí
 - Evidence operačního systému a servisního balíčku
 - Evidence řídicího software
 - Evidence vyhodnocovacích software
- Kontrolu funkčnosti pohyblivých součástí přístroje
 - Polymerový subsystém
 - Automatický podavač vzorků
- Kontrolu funkčnosti všech subsystémů přístroje
 - Vysokonapěťový zdroj
 - Vyhřívaná pec
 - Nízkonapěťové parametry vnitřního zdroje
 - Parametry laserového subsystému
 - Kontrola nastavení optického subsystému
 - Kontrola funkčnosti a parametrů detekčního subsystému (CCD)
- Vyčištění / propláchnutí
 - Vyčištění vnitřních prostor přístroje
 - Vyčištění automatického podavače vzorků
 - Propláchnutí polymerové pumpy
 - Propláchnutí polymerového bloku
 - Čištění optického systému bez nutnosti nové spektrální kalibrace
- Protokol
 - Po provedení inspekce je zákazníkovi vystaven protokol obsahující všechny parametry včetně případných zjištěných závad

Applied Biosystems je registrovaná ochranná známka společnosti Life Technologies.

SEQme s.r.o.

Dlouhá 176, 26301 Dobříš
Česká republika

IČ 24312819, DIČ CZ24312819

Společnost je zapsaná v Městském soudním úřadě v Praze, oddíl C, vložka 159902,
výkoný ředitel: Přemysl Sedláček, IČ 602 000 000

www.seqme.eu, info@seqme.eu, servis@seqme.eu

• telefon: +420 263 000 000 • fax: +420 263 000 000

Bankovní spojení:

Česká republika (CZK):

GL Money Bank, a.s., číslo účtu: 257050135/0000
IBAN: CZ62 0800 0000 0002 0705 0000 BIC: code: AGOB CZ33

Česká republika (EUR):

GL Money Bank, a.s., číslo účtu: 2570501347/0000
IBAN: CZ20 0800 0000 0002 0705 0000 BIC: code: AGOB CZ33

Slovensko (EUR):

Unicredit Bank Slovakia, a.s., číslo účtu: 110205300000111
IBAN: SKAS11 0000 0000 0000 0000 0000 BIC: code: UNCR SK33

Verze dokumentu: 2014/3
Datum vystavení: 5.9.2014

Ověření funkčnosti přístrojů (Instrument Performance Verification) Applied Biosystems® 310, 31xx a 35xx

Tento produkt je určen pro tyto modely:

ABI 310, ABI 3100–Avant, ABI 3100, ABI 3130, ABI3130xl, ABI3500, ABI3500xl (kat.č. IPV)

Doporučujeme ověřit funkčnost přístrojů dle potřeb laboratoře, nejméně jedenkrát ročně v návaznosti na inspekční prohlídku.

Ověření funkčnosti přístrojů je prováděno v souladu s metodikou doporučovanou jejich výrobcem.

Tento servisní produkt zahrnuje:

- **Ověření funkčnosti přístrojů pro provádění DNA sekvenování**
 - Pomocí sekvenačních standardů výrobce přístroje a za použití standardního protokolu přístroje vhodného pro jeho místní konfiguraci je proveden funkční test s cílem určení celkové délky získané sekvence (Contiguous Read Length – CRL – Nejdelší nepřerušovaný úsek sekvence bází s průměrnou hodnotou ukazatelů kvality / Quality Value; QV≥20) a její přesnosti. Zjištěné hodnoty jsou porovnány se specifikacemi výrobce.
- **Ověření funkčnosti přístrojů pro provádění fragmentační analýzy**
 - Pomocí instalačního standardu výrobce přístroje pro barevnou sadu DS-33 a za použití standardního protokolu přístroje vhodného pro jeho místní konfiguraci je proveden funkční test s cílem určení i.) Standardní odchylky průměru velikostí detekovaných alelických píků instalačního standardu (ST DEV SIZE) ve všech kapilárách přístroje a ii.) Výšky detekovaných alelických píků (AVERAGE HEIGHT) ve všech kapilárách přístroje. Získané hodnoty jsou porovnány se specifikacemi výrobce.
- **Protokol**
 - Po provedení ověření funkčnosti přístrojů (IPV) je zákazníkovi vystaven protokol obsahující všechny parametry včetně případných zjištěných závad.
 - Poznámka: Test se provádí v závislosti na požadavcích dané laboratoře, tzn. oba shora uvedené testy lze provést buď najednou a nebo nezávisle na sobě.

Applied Biosystems® je registrovaná obchodní známka společnosti Life Technologies®

SEQme s.r.o.
 Dlouhá 176, 26301 Dobříš, Česká republika
 IČ 24312819, DIČ CZ24312819
www.seqme.eu, servis@seqme.eu

Verze dokumentu: 2014/2
Datum vystavení: 20.5.2014

Inspekcje Real-Time PCR cyklu

Tento servisní produkt zahrnuje plánovanou kontrolu a údržbu včetně provedené validace pro Real-Time PCR cykly výrobce Applied Biosystems®, a to pro následující modely:

ABI 7300 - kat.č. IP 7300
ABI 7500 - kat.č. IP 7500
ABI 7500 Fast - kat. č. IP 7500Fast

ABI 7900 - kat.č. IP 7900
StepOne™ - kat.č. IP StepOne
StepOnePlus™ - kat.č. IP StepOnePlus.

Doporučujeme provádění inspekce přístroje (preventivní prohlídky) dle potřeb laboratoře, nejméně jedenkrát ročně.

Tento servisní produkt zahrnuje:

- Evidence konfigurace přístroje a vyhodnocovací jednotky
 - Aktuální hardware
 - Operační systém vyhodnocovací jednotky
 - Nastavení operačního systému
- Evidence nainstalovaných software vč. verzí
 - Evidence operačního systému a servisního balíčku
 - Evidence řídicího software
- Kontrola funkčnosti všech subsystémů přístroje
 - Nízkonapěťové parametry vnitřního zdroje
 - Kontrola nastavení optického subsystému
 - Kontrola funkčnosti a parametrů detekčního subsystému (CCD)
 - Kontrola teplotního cyklu
 - Kontrola přesnosti teplot
 - Kontrola rychlosti chlazení a ohřevu vzorků
 - Kontrola uniformity bloku vzorků
- Vyčištění / údržba
 - Vyčištění vnitřních prostor přístroje
 - Systémová údržba řídicího počítače
- Protokol
 - Po provedení inspekce je zákazníkovi vystaven protokol obsahující všechny parametry včetně případných zjištěných závad

Applied Biosystems® je registrovaná obchodní známka společnosti Life Technologies™.

SEQme s.r.o.
Dlouhá 176, 26301 Dobruška
Česká republika
IČ 24312819, DIČ CZ2431

Společnost je zapsaná v Městském soudu v Praze, oddíl C, vložka 195507.
Výkonný ředitel: Richard Nadvorník, Ph.D.

www.sekvenovari.cz | www.sekvenovari.sk | www.sekvenovari.hu
info@seadn.eu | seadn@seadn.eu

Bankovní spojení:

Česká republika (CZK):
GE Money Bank, a.s., číslo účtu: 2070532925/0600
IBAN: CZ62060000000002070532925, BIC code: AG54CZPP

Česká republika (EUR):
GE Money Bank, a.s., číslo účtu: 207055247/0600
IBAN: CZ6206000000000207055247, BIC code: AG54CZPP

Slovensko (EUR):
UniCredit Bank Slovakia a.s., číslo účtu: 1182582009/1111
IBAN: SK6511110002009182582009, BIC code: UNCRSK30

Verze dokumentu: 2014/2
Datum vystavení: 20.5.2014

Proveření funkčnosti PCR cykleru - validate

Tento servisní produkt je určen pro validaci všech typů PCR (objednací kód VALIDACE) přístrojů a zahrnuje:

- **Kontrolu funkčnosti přístroje**
 - Nízkonapěťové parametry vnitřního zdroje
 - Kontrola funkčnosti zobrazovací jednotky a klávesnice (ovládacích tlačítek)
 - Kontrola teplotního cykleru
 - Kontrola přesnosti teplot
 - Kontrola rychlosti chlazení a ohřevu vzorků
 - Kontrola uniformity bloku vzorků
- **Protokol**
 - Po provedení validace je zákazníkovi vystaven protokol obsahující všechny parametry včetně případných zjištěných závad

SEQme s.r.o.
Dlouhá 176, 26301 Dobříš
Česká republika

IČ 24312819, DIČ CZ24312819

Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 195597.
Výkon W (for tel): RNDr. Jiří Vojtek, Ph.D.

www.seqme.eu | info@seqme.eu | servis@seqme.eu

Bankovní spojení:

Česká republika (CZK):

GE Money Bank, a.s., číslo účtu: 297053025/0600

IBAN: CZ62060000000000207053035, BIC code: AGBA CZPP

Česká republika (EUR):

GE Money Bank, a.s., číslo účtu: 297056247/0600

IBAN: CZ62060000000000207056247, BIC code: AGBA CZPP

Slovensko (EUR):

UniCredit Bank Slovakia a.s., číslo účtu: 11825620091111
IBAN: SK6511110000001182562009, BIC code: UNCR SK2X

SEQme s.r.o.

NABÍDKA č. 15NA225

Dodavatel:



SEQme s.r.o.
Dlouhá 176
263 01 Dobříš

IČ: 24312819
 DIČ: CZ24312819
 E-mail: info@seqme.eu
 www.seqme.eu

Odběratel:

IČ:

75151499

DIČ:

CZ75151499

Krajské ředitelství policie Jihomoravského k
Kounicova 687/24
602 00 Brno

Nabídka č.: 15NA225
 Datum zápisu: 09.11.2015
 Platno do: 09.12.2015

Konečný příjemce:

OMTZ Brno
 Michal Pelinka

Vážený pane Pelinko,

na základě Vaší poptávky Vám tímto nabízíme:

Položka	Jednotková cena	Množství	Cena
Inspekce přístroje a OQ - 3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems®)	49 000,00	1x	49 000,00 Kč
*Ověření funkčnosti přístroje (IPV) - 3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems®)	0,00	1x	0,00 Kč
Inspekce přístroje 7500 Real-Time PCR System (Applied Biosystems®)	29 900,00	1x	29 900,00 Kč
Validace Gene Amp PCR system 9700	12 900,00	2x	25 800,00 Kč
Sleva při objednání kompletní nabídky	-26 700,00	1	-26 700,00 Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM**78 000,00 Kč**

Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude účtováno dle platných předpisů.

* Součástí inspekční prohlídky je i operační a procesní kvalifikace (OQ/PQ) a procesní validace a verifikace DNA sekvenátoru (IPV) prováděná v souladu s doporučeními „Best practice guidelines CMGS (Clinical Molecular Genetics Society) samostatně pro sekvenování a fragmentační analýzu. IPV slouží mimo jiné i jako průkaz toho, že přístroj je po provedené prohlídce v pořádku, což je demonstrováno analýzou v ceně prohlídky zahrnutých standardů. Upozorňujeme, že je-li k datu provedení procesní validace a verifikace DNA sekvenátoru (IPV) překročeno datum expirace používaných reagentů, zejména pak separačního polymeru instalovaného v přístroji, nelze tuto proceduru provést. V takovém případě bude provedena pouze vlastní inspekční prohlídka a operační/procesní kvalifikace (OQ/PQ) přístroje.

Podrobný popis servisních úkonů, které jsou předmětem nabídky, naleznete v příloze.

Nabídková cena zahrnuje náklady na cestovné servisního technika. V případě spojení více servisních zásahů Vám bude účtováno cestovné vždy pouze jednou.

Termín provedení: Dohodou

Děkujeme za Váš zájem o naše služby a jsme s pozdravem.

Mgr. Markéta Krupařová
 marketa.kruparova@seqme.eu
 tel. +420725813755