

Zadávací dokumentace

(dále jen „ZD“) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle § 21odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na dodávku:

měřících přístrojů alkoholu v těle („alkoholtesterů“) a náustků k alkoholtesterům

Základní údaje:

Název veřejné zakázky:	Měřicí přístroj alkoholu v těle („Alkoholtester“)
Název zadavatele:	Česká republika – Ministerstvo vnitra
Zastoupená:	Ing. Vladimírem Kalibou, vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Sídlo zadavatele:	Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
Adresa pro osobní doručování:	Pelléova 21, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
Adresa poštovní:	Ministerstvo vnitra ČR pošt. schránka 160 160 41 Praha 6
Bank. spojení:	Česká národní banka Praha
Číslo účtu:	5504881/0710
Telefon:	974 835 637
Kontaktní osoba:	Mgr. Jana Odehnalová
E-mail:	pp.ovz@pcr.cz
Profil zadavatele:	https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html

Obsah zadávací dokumentace:

1. Předmět veřejné zakázky.....	2
2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny.....	2
3. Záruční podmínky.....	3
4. Obchodní a platební podmínky.....	3
5. Pokyny pro zpracování nabídky a doručování.....	3
6. Členění a obsah nabídky.....	4
7. Způsob posouzení a hodnocení nabídek.....	7
8. Přílohy zadávací dokumentace.....	9
9. Schválení zadávacích podmínek.....	9

1. Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána v režimu centralizovaného zadávání dle § 3 zákona. Centrální zadavatel uzavřel s veřejnými zadavateli smlouvu o centralizovaném zadávání na pořízení níže specifikovaného majetku.

1.1. Specifikace předmětu

Předmětem plnění zakázky je dodávka měřících přístrojů alkoholu v těle (alkoholtesterů) a náustků k alkoholtesterům (dále jen „alkoholtester“, „náustek“ nebo „zboží“) v letech 2016 – 2019.

Předmět: alkoholtestery a náustky

CPV: 38434000-6

Měrná jednotka: souprava u alkoholtesterů a ks u náustků

Počet měrných jednotek:

1000 souprav alkoholtesterů (284 souprav – povinný odběr v roce 2016, 716 souprav – nepovinný odběr v letech 2016 – 2019), který bude realizován na základě potřeb a finančních možností zadavatele) a

6 000 000 ks náustků k alkoholtesterům (nepovinný odběr v letech 2016 - 2019, který bude realizován na základě potřeb a finančních možností zadavatele).

Technický popis: Příloha č. 5

1.2. Plnění veřejné zakázky

Plněním veřejné zakázky se rozumí dodávka alkoholtesterů a náustků dle bodu 1.1 ZD, splňující všechny podmínky stanovené v ZD.

Termín plnění nejpozději do 8 týdnů od uzavření kupní smlouvy (u nepovinného odběru nejpozději do 8 týdnů od doručení objednávky) avšak nejpozději do 15.12.příslušného roku. Objednávka musí být doručena nejpozději do 15.10. příslušného roku.

Místem plnění jsou jednotlivá Krajská ředitelství Policie ČR.

1.3. Technická specifikace veřejné zakázky

Detailní popis zboží je uveden v technickém popisu (příloha č.5). Zboží musí být nové z produkce aktuálního roku.

1.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Celková plánovaná cena činí **52.561.983,5 Kč bez DPH**

Plánovaná cena (alkoholtestery): **32.231.405,- Kč bez DPH** (povinný odběr **9.153.719,- Kč bez DPH** v roce 2016 a nepovinný odběr **23.077.686,- Kč bez DPH** pro roky 2016-2019).

Plánovaná cena (náustky): **20.330.578,51,- Kč bez DPH** - odběr náustků je plánován pro roky 2016 – 2019, odběr bude nepovinný a to pro všechny roky.

2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

2.1. Nabídková cena bude uvedena v Kč v členění:

- nabídková cena za 1 soupravu (u alkoholtesteru), cena bez DPH, výše DPH, cena včetně DPH
- nabídková cena za 1 ks (u náustků), cena bez DPH, výše DPH, cena včetně DPH
- celková nabídková cena za 1 000 souprav alkoholtesterů a 6 000 000 ks náustků v členění: cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH

2.2. Nabídková cena v Kč bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit a změnit se může pouze při změně zákonné sazby DPH. V ceně bude zahrnut případný upgrade software a firmware po dobu životnosti přístroje, dopravné a balné. Doprava bude do krajských měst nebo jejich okolí.

2.3. Nabídková cena bude zpracována formou tabulky, která je uvedena v příloze č.1ZD- Krycí list nabídky a budou zde uvedeny i ceny za kalibrace. Tabulka pro vyplnění ceny za kalibraci je interaktivní v editovatelné verzi zadávací dokumentace a postačuje vyplnit částku s DPH, průměrná cena se dopočítá automaticky, pokud uchazeč této možnosti využije.

2.4. Nabídková cena musí odpovídat výpočtu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2.5. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že za důvod hodný zvláštního zřetele, na základě kterého může podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona zrušit zadávací řízení, pokládá, že u nabídky s nejnižší nabídkovou cenou bude jednotková cena za 1 přístroj vyšší než 39.000,- Kč včetně DPH.

3. Záruční podmínky

3.1 Zadavatel požaduje potvrdit a garantovat záruční podmínky pro alkoholtestery:

- Záruční lhůta s bezplatným servisem u alkoholtesterů minimálně 24 měsíců.
- Pro provedení kalibrací budou požadovány tyto časové lhůty (od převzetí přístroje):
do 5 ks přístrojů ihned (na počkání),
od 5 do 30 ks přístrojů do 3 pracovních dnů,
nad 30 ks přístrojů do 5 pracovních dnů
- Dodavatel zajistí pozáruční servis a zajištění náhradních dílů u alkoholtesterů po dobu 10 let od dodání a provádění oprav nejpozději do 20 pracovních dnů po převzetí vadného zboží.

3.2. Záruční podmínky pro náustky k alkoholtesterům:

- Záruční lhůta minimálně 24 měsíců.

4. Obchodní a platební podmínky

4.1. Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném textu kupní smlouvy, která je přílohou č. 4 ZD.

4.2. Zálohy zadavatel neposkytuje

5. Pokyny pro zpracování nabídky a doručování

5.1. Nabídka bude uchazečem předložena v písemné podobě, v českém jazyce. U cizojazyčných textů bude úředně ověřený překlad do českého jazyka s výjimkou reklamních materiálů a prospektů. Český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením. Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch uchazečů žádné překladatelské služby. Zadavatel tímto připouští, aby uchazeči, kteří mají sídlo ve Slovenské republice, používali pro účely podání nabídky jako jazyk slovenštinu. Povinnost připojit úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje také na doklady ve slovenském jazyce prokazující splnění kvalifikačních předpokladů předložené jakýmkoliv uchazečem.

Nabídka musí být napsána nebo vytisknuta čitelně, nesmazatelným tiskem, bez vsuvek mezi řádky, korekcí, výmazů nebo přepisů, kromě oprav chyb, které musí být v takovém případě uchazečem parafovány.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka bude doručena v souladu s ustanovením § 69 odst. 5 zákona, t.j. v řádně uzavřené obálce označené názvem „**MĚŘICÍ PŘÍSTROJ ALKOHOLU V TĚLE („ALKOHOLTESTER“)**“. Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení dle § 71 odst. 5 zákona a zřetelně označena nápisem „**NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**“. Obal (kufřík) s požadovaným vzorkem bude označen jako součást nabídky, tj. „**Vzorek k veřejné zakázce „MĚŘICÍ PŘÍSTROJ ALKOHOLU V TĚLE („ALKOHOLTESTER“), označen nápisem „NEOTVÍRAT , VZORKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“**“, aby nebylo možné jeho předčasné otevření před lhůtou pro otvírání nabídek. Každý vzorek bude zabalen zvlášť a kromě výše uvedeného označení bude také označen pořadovým číslem 1 až 6.

Způsob podání nabídky:

Nabídku lze zaslat poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR
pošt. schránka 160
160 41 Praha 6

nebo osobně doručit na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Pelléova 21
160 00 Praha 6 – Bubeneč
telefon z vrátnice objektu 835 637 nebo 835 653.

Obálky s nabídkami budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek v úterý a čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hodin, nebo po telefonické domluvě v pracovní době tj. pondělí až čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin, v pátek od 8:00 do 11:00 hodin a posledního dne pro podání nabídek do 09:00 hodin.

Termín pro doručení nabídek je **do 18. května 2016 do 09.00** hod . Termín pro otevírání obálek je **18. května 2016 od 09.00 hodin na Odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR, Pelléova 21, 160 00 Praha 6 Bubeneč -5. patro-zasedací místnost.** Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky. Za doručení nabídky se považuje při osobním doručení její převzetí zadavatelem, při zaslání poštou její vložení do poštovní přihrádky zadavatele (P.O.BOX).

Veškeré dokumenty předkládané v nabídce a vyžadující podpis uchazeče (§ 68 zákona) je nutné podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Touto osobou, vedle statutárního orgánu uchazeče, resp. samotného uchazeče fyzické osoby, může být i prokurista nebo jiná osoba zmocněná plnou mocí k zastupování uchazeče v zadávacím řízení.

Obsah nabídky musí být v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona.

Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon a které přímo požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách.

- 5.2.** Doporučeným dopisem zaslané výzvy či oznámení na uchazečem uvedenou adresu pro doručování se považují za doručené dnem jejich vyzvednutí nebo uplynutím lhůty pro jejich vyzvednutí, stanovené držitelem poštovní licence.

6. Členění a obsah nabídky

6.1. Krycí list

Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč použije vzor formuláře „Krycí list nabídky“, který je uveden v příloze č. 1 ZD.

Zadavatel požaduje předložit hodnoty následujících ukazatelů v příloze č. 1 ZD – Krycí list nabídky formou doplnění připravené tabulky:

- obchodní název,
- nabídková cena dle bodu 2.1. ZD,
- cena za kalibraci jednoho ks přístroje
- maximální cena přístroje či příslušenství za 1 hod. práce

6.2. Obsah nabídky

V obsahu nabídky budou uvedeny všechny požadované části nabídky a budou k nim přiřazena čísla příslušných listů viz příloha č. 2 ZD.

6.3. Doklady o splnění kvalifikace

Doba pro prokázání splnění kvalifikace je požadována v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 zákona.

Pravost a stáří dokladů musí splňovat podmínky ustanovení § 57 zákona.

Další podmínky prokazování kvalifikace, jako např. výpisem ze seznamu kvalifikovaných, certifikovaných nebo zahraničních dodavatelů, pomocí subdodavatele nebo při společné nabídce jsou stanoveny v příslušných ustanoveních zákona.

6.3.1. Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 zákona):

Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona uchazeč prokáže předložením **výpisu z evidence Rejstříku trestů** jak této právnické osoby, tak i jejího statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu.

Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona uchazeč prokáže předložením **potvrzení příslušného finančního úřadu** a ve vztahu ke spotřební dani **čestným prohlášením**, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 ZD.

Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. h) zákona uchazeč prokáže předložením **potvrzení příslušného orgánu či instituce** o tom, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. c) až g), f) zákona - ve vztahu k spotřební dani, j), k) a l) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 ZD.

6.3.2. Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů (§ 54 zákona):

Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona uchazeč prokáže předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. b) zákona uchazeč prokáže předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že dokument, který byl doručen do datové schránky, lze převést do jeho listinné podoby, která je předkládána v nabídce, podle zákona č. 300/2008Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím autorizované konverze, jejíž nedílnou součástí je ověřovací doložka, nestačí jej tedy do listinné podoby převést pouhým vytištěním z PC dodavatele. Autorizovaná konverze se provádí na kontaktních místech veřejné správy (sít' Czech Point).

6.3.3. Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (§ 50 odst. 1 písm. c) zákona

6.3.4. Doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů (§ 56 zákona):

Splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 1 písm. e) zákona uchazeč prokáže tím, že předloží:

6 ks funkčních vzorků alkoholtesteru s provedenou kalibrací, které budou splňovat veškeré požadované vlastnosti – uchač předloží celé soupravy včetně obalu (kuffíku). Soupravy musí obsahovat všechny výše požadované komponenty (včetně hesla k softwaru). Viz příloha č. 5 ZD Technický popis. K alkoholtesteru bude přiložen návod k použití v českém jazyce, včetně podrobného popisu „asistovaného odborného měření“.

Vysvětlení k požadovanému počtu vzorků:

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek vybere namátkově pro posouzení nabídky 3ks vzorků z 6 ks vzorků, které uchazeč předloží v rámci kvalifikace, přičemž 1ks bude použit v rámci praktického posouzení nabídky, které provede sama komise pro posouzení a hodnocení nabídek, následně posouzení nabídek přeruší a 2ks vzorků předá (v případě, že nebude nabídka vyřazena již při posouzení, které provede komise pro posouzení a hodnocení nabídek) na Český metrologický institut, který na těchto vzorcích provede zkoušky, kterými prověří, že alkoholtestery skutečně splňují požadované vlastnosti v bodě 7.1. ZD, které lze ověřit pouze za pomoci specializovaných přístrojů a metod. Po ukončení zkoušek předá Český metrologický institut komisi pro posouzení a hodnocení nabídek protokol z provedených

zkoušek, ze kterého bude jasně zřejmé, zda alkoholtestery požadované vlastnosti splňují či nikoliv. Na základě tohoto protokolu komise pro posouzení a hodnocení nabídek dokončí posouzení nabídek. Provedení zkoušek na Českém metrologickém institutu hradí zadavatel.

Výše uvedeným postupem chce zadavatel (po konzultaci s Českým metrologickým institutem) ověřit, že i sériově vyráběné alkoholtestery splňují parametry, které jsou dodavatelem (či výrobcem) garantovány a které splňoval vybraný kus alkoholtesteru, který byl předložen na Český metrologický institut k provedení zkoušek, na základě kterých tento typ přístroje získal tzv. „Certifikát o schválení typu“ a stal se tak stanoveným měřidlem. Zbylé 3ks vzorků, které nebudou vybrány pro posouzení v rámci komise ani pro otestování na Českém metrologickém institutu, budou sloužit jako rezervní pro případ, že by v rámci testování vznikl ze strany Českého metrologického institutu požadavek na předložení dalšího ks vzorku.

Vzorky alkoholtesterů a náustků budou po ukončení zadávacího řízení dle § 56 odst. 8 zákona, na základě písemné žádosti, vráceny uchazeči, přičemž 3 ks vzorků alkoholtesterů s náustky budou používány pro posouzení nabídky, tak jak je uvedeno výše.

6.4. Další dokumenty předkládané společně s nabídkou:

6.4.1. Dle § 68 odst. 3. zákona:

a) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či odborném poměru u zadavatele.

b) Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.

c) Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

6.4.2. Nabízený přístroj musí být schválen jako „stanovené měřidlo“ sloužící k měření obsahu alkoholu v dechu. Tuto skutečnost uchazeč doloží certifikátem Českého metrologického institutu, který nabízenému typu přístroje přiděluje značku schváleného typu, včetně protokolu o technické zkoušce.

Prohlášení uchazeče, že záruční a pozáruční servis, včetně kalibrace přístrojů bude prováděn autorizovaným servisem.

Uchazeč v nabídce uvede kontakty a adresy minimálně dvou sběrných míst pro případné opravy v České republice (minimálně 1x v Čechách a minimálně 1x na Moravě).

Certifikát vystavený akreditovanou zkušebnou (či jinou oprávněnou institucí např. Státní zdravotní ústav), že nabízené náustky jsou z hlediska hygienicko – toxikologického v souladu s příslušnými hygienickými normami, platnými v České republice. **(Požadována úředně ověřená kopie).**

Prohlášení uchazeče, že nabízený náustek je plně funkční ve spojení s nabízeným typem alkoholtesteru a zajišťuje optimální odběr vzorku dechu testované osoby pro jeho správné vyhodnocení alkoholtesterem.

Skladovací podmínky pro protokoly vtištěné z přenosné tiskárny, které zajistí požadovanou stabilitu tisku 5 let

Prohlášení uchazeče, že v případě potřeby poskytne Českému metrologickému institutu potřebnou součinnost pro provedení zkoušek alkoholtesterů v rámci posouzení nabídek.

Uchazeč předloží **přesnou specifikaci nabízeného zboží**, tzn. dokumenty, ze kterých budou zřejmé technické parametry alkoholtesteru a jeho příslušenství.

6.5. Podepsaný závazný text kupní smlouvy

Uchazeč doloží závazný text kupní smlouvy, který je uveden v příloze č.4 ZD. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Uchazeč předloží zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce. Uchazeč předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

Zadavatel požaduje potvrdit následující podmínky v kupní smlouvě:

- termín a místo plnění veřejné zakázky dle bodu 1.2. ZD
- záruční podmínky dle bodu 3.1. ZD

Závazný text kupní smlouvy uchazeč doplní pouze o požadované údaje:

- identifikační údaje prodávajícího - Smluvní strany,
- vyšší nabídkové ceny v čl. IV. – Cena zboží,
- místo, datum a podpis osoby /osob/ oprávněné jménem /za/ uchazeče jednat.

Prodávající vyhotoví přílohu kupní smlouvy č. 1 - Specifikace ceny a zboží.

Centrální zadavatel vyhotoví přílohu kupní smlouvy č. 2 – Specifikace veřejných zadavatelů.

Centrální zadavatel vyhotoví přílohu kupní smlouvy č. 3 - Rozdělovník budoucích dodávek

Prodávající vyhotoví přílohu kupní smlouvy č.4 - Seznam sběrných míst – kontakty a adresy.

7. Způsob posouzení a hodnocení nabídek

7.1. Posouzení nabídky:

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek vybere namátkově pro posouzení nabídky 3ks vzorků z 6 ks vzorků, které uchazeč předloží v rámci kvalifikace, přičemž 1ks bude použit v rámci praktického posouzení nabídky, které provede sama komise pro posouzení a hodnocení nabídek, následně posouzení nabídek přeruší a 2ks vzorků předá (v případě, že nebude nabídka vyřazena již při posouzení, které provede komise pro posouzení a hodnocení nabídek) na Český metrologický institut, který na těchto vzorcích provede zkoušky, kterými prověří, že alkoholtestery skutečně splňují níže uvedené vlastnosti, které lze ověřit pouze za pomoci specializovaných přístrojů a metod. Po ukončení zkoušek předá Český metrologický institut komisi pro posouzení a hodnocení nabídek protokol z provedených zkoušek, ze kterého bude jasně zřejmé, zda alkoholtestery požadované vlastnosti splňují či nikoliv. Na základě tohoto protokolu komise pro posouzení a hodnocení nabídek dokončí posouzení nabídek. Provedení zkoušek na Českém metrologickém institutu hradí zadavatel. Nabídky u jejichž vzorků bude v protokolu ČMI uvedeno, že nesplnili požadované vlastnosti budou vyřazeny ze zadávacího řízení.

Popis a rozsah zkoušek, které bude v rámci posouzení nabídek provádět Český metrologický institut:

Asistované odborné měření

Bude ověřováno:

Správnost výpočtu, kterým měřidlo provádí vyhodnocení, zda dva po sobě následující výsledky jsou s maximálním rozdílem 10%.

Popis zkoušky:

Test se bude provádět v celkovém počtu 10 měření ODZ (tzn. odborná dechová zkouška), tedy celkem 20 měření koncentrace ethanolu ve vzorku referenčního plynu a to podle následujícího schématu:

- měření ODZ s kladným výsledkem (rozdíl do 10 %) – koncentrace 1 ‰ alkoholu
- měření ODZ se záporným výsledkem (rozdíl větší než 10 %) koncentrace 1 ‰ alkoholu pro první měření a 0,3 ‰ pro druhé měření po 5 minutách

Rozsah měření

Bude ověřováno:

Rozsah měření koncentrace alkoholu v rozsahu 0,00 až 5,00 ‰

Popis zkoušky:

Proměření požadovaného rozsahu, tedy od 0 do 5 ‰ alkoholu. Měření se bude provádět v níže uvedených koncentračních bodech. Celá zkouška se bude realizovat dle následujícího schématu:

Koncentrace EtOH [‰]	Počet měření	Čas [min]
0,08	10	60
0,21	10	
0,53	10	
0,84	10	
1,47	5	40
2,00	5	
3,15	5	
4,10	3	30
4,50	3	

Podmínky prostředí při provozu

Bude ověřováno:

Zda je měřicí přístroj alkoholu v dechu schopen pracovat v celém teplotním rozsahu, a to i při krajních hodnotách.

Popis zkoušky:

Testování se bude provádět v 7 bodech vždy po 5 měřeních v každém bodě. Před každým měřením bude klimatická komora temperována na požadovanou teplotu a poté se provede zkouška. Testování se budou provádět při teplotách -10; -5; 0; +5; +15; +30; +40 °C s referenčním plynem o koncentraci 0,82 ‰ alkoholu v dusíku.

Teploty, při kterých je garantována přesnost měření

Bude ověřováno:

Zda měřicí přístroj alkoholu v dechu v daném teplotním rozsahu (v případě krajních hodnot) měří přesně (s maximální dovolenou chybou měření)

Popis zkoušky:

Zkouška se bude realizovat jako 3x opakovaná ODZ se dvěma měřidly při -5 °C a 40 °C se 3 ‰ EtOH. Při vyhodnocení výsledků se bude vyhodnocovat jak 10 % rozdíl mezi dvěma po sobě následujícími měřeními, tak maximální dovolená chyba jednotlivých měření. Mezi jednotlivými zkouškami ODZ bude odstup minimálně 1 hodiny, v případě nutnosti i delší.

7.2. Hodnocení nabídek

Kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost s dílčími hodnotícími kritérii a jejich vahami:

80% - celková nabídková cena v korunách českých včetně DPH za alkoholtestery a náustky k alkoholtesterům

20% - průměrná cena v Kč včetně DPH za kalibraci 1ks přístroje

K hodnocení bude využita bodová metoda, kdy:

Nejnižší cenová nabídka (u každého dílčího kritéria) získá 100 bodů, ostatní podle vzorce: $\text{nejnižší cenová nabídka} / \text{cena dané nabídky} * 100$. Průměrná cena v Kč včetně DPH za kalibraci 1 ks přístroje se vypočítá jako aritmetický průměr jednotlivých cen za kalibraci uvedených v krycím listě

Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou dílčího hodnotícího kritéria a bude vypočtena celková bodová hodnota tak, že se sečte bodová hodnota za jednotlivá dílčí hodnotící kritéria. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty tak, že nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejvyšším počtem bodů za dílčí hodnotící kritéria nabídková cena za alkoholtestery a náustky a nabídková cena za maximální cenu za kalibraci. Při shodném nejvyšším celkovém počtu bodů za obě dílčí hodnotící kritéria, bude nejvýhodnější nabídka ta, která získá vyšší počet bodů za dílčí hodnotící kritérium celková nabídková cena včetně DPH za alkoholtestery a náustky k alkoholtesterům.

8. Přílohy zadávací dokumentace

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 – Obsah nabídky
- Příloha č. 3 – Čestné prohlášení
- Příloha č. 4 – Závazný vzor textu kupní smlouvy
- Příloha č. 5 – Technický popis

9. Schválení zadávacích podmínek

Zadávací podmínky byly schváleny dne.....2016

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

Krycí list nabídky k veřejné zakázce „Měřicí přístroj alkoholu v těle („Alkoholtester“)

Uchazeč:

Název, právní forma:

sídlo:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefon:

IDDS:

e-mail:

Zapsán v rejstříku vedeném soudem v, oddíl, vložka

Uchazeč prohlašuje, že nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele tak, jak je požadováno v zadávací dokumentaci.

Uchazeč prohlašuje, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky.

Uchazeč prohlašuje, že přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci PPR-2689-23/ČJ-2016-990640 a tyto jsou mu jasné a srozumitelné.

Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídku, a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

Předmět zakázky dle bodu 1.1. ZD		Alkoholtester	Náustek k alkoholtesteru	Celkem
Obchodní označení				
Nabídková cena v Kč	za 1 soupravu bez DPH za 1 ks bez DPH			
	DPH za 1 soupravu DPH za 1 ks			
	za 1 soupravu včetně DPH za 1 ks včetně DPH			
	za požadovaný počet bez DPH			
	DPH za požadovaný počet			
	Celkem včetně DPH za požadovaný počet			

Další dílčí hodnotící kritérium	
Cena kalibrace 1 ks v Kč včetně DPH při kalibraci 1 ks přístroje	
Cena kalibrace 1 ks v Kč včetně DPH při kalibraci 2 až 4 ks přístrojů	
Cena kalibrace 1 ks v Kč včetně DPH při kalibraci 5 až 9 ks přístrojů	
Cena kalibrace 1 ks v Kč včetně DPH při kalibraci 10 a více ks přístrojů	
Průměrná cena za kalibraci jednoho ks přístroje v Kč včetně DPH	-

Pozn. Hodnoty šedivě označené se budou hodnotit.

podpis oprávněné osoby
(titul, jméno, příjmení)

V..... dne2016

Obsah nabídky

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Krycí list nabídky | listy od do |
| 2. Obsah nabídky | listy od do |
| 3. Doklady o splnění kvalifikace | listy od do |
| 4. Další dokumenty | listy od do |
| 5. Podepsaný závazný text kupní smlouvy | listy od do |

**Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů**

Prohlašujeme tímto, že:

- jsme v posledních 3 letech nenaplnili skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 2983 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (**§ 53 odst. 1 písm. c) zákona**),
- vůči našemu majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (**§ 53 odst. 1 písm. d) zákona**),
- nejsme v likvidaci (**§ 53 odst. 1 písm. e) zákona**),
- nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (**§ 53 odst. 1 písm. f) zákona**),
- nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (**§ 53 odst. 1 písm. g) zákona**),
- nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (**§ 53 odst. 1 písm. j) zákona**),
- nám nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (**§ 53 odst. 1 písm. k) zákona**),
- nebyla vůči nám v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu (**§53 odst. 1. písm. l) zákona**).

V dne2016

.....
podpis oprávněné osoby
titul, jméno, příjmení, funkce

Závazný vzor textu kupní smlouvy

Kupní smlouva

Č.j. PPR-2689 /ČJ-2016-990640

Centrální zadavatel: **ČESKÁ REPUBLIKA**
Ministerstvo vnitra
sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
právní forma: 325-organizační složka státu
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
tel.: 974 835 653
fax: 974 835 643
E-mail: pp.ovz@pcr.cz

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

Prodávající: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
sídlo: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
IČO: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
DIČ: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
zapsaná: v obchodním rejstříku [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
jednající: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
bankovní spojení: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
číslo účtu: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
pracovní kontakt: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
tel.: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
fax: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
E-mail: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle § 3 odst. 1 písm. b) a podle odst. 2), 3), 4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 2079 a násl .zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

tuto

kupní smlouvu

I. Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejným zadavatelům specifikovaným v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „veřejný zadavatel“) zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na ně vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Centrální zadavatel uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch veřejného zadavatele.

/3/ Veřejný zadavatel zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/4/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka 1.000 souprav alkoholtesterů typu **:[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]** (284 souprav povinný odběr a 716 souprav nepovinný odběr) a 6 000 000 ks náustků v letech 2016-2019(nepovinný odběr).

/2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této smlouvy.

/3/ Příslušný veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

III. Doba plnění

/1/ Prodávající dodá 284 souprav alkoholtesterů příslušnému veřejnému zadavateli nejpozději do 8 týdnů po uzavření kupní smlouvy a u nepovinného odběru 716 souprav alkoholtesterů v letech 2016 až 2019 a u nepovinného odběru 6 000 000 ks náustků v letech 2016 až 2019 nejpozději do 8 týdnů od doručení objednávky. Objednávka bude doručena nejpozději do 15.10. příslušného roku.

/2/ Prodávající se zavazuje informovat příslušného veřejného zadavatele o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka za převzetí zboží, který je uveden v příloze č. 2 (Specifikace veřejných zadavatelů).

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na příslušného veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného veřejným zadavatelem prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí pracovní den od odeslání vyúčtování veřejným zadavatelem.

IV. Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží zahrnuje **případný upgrade software a firmware po dobu životnosti přístroje**, dopravné a balné a sjednává se jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1.

/2/ Celková sjednaná kupní cena za zboží bez DPH je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** (slovy: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] korun českých**), DPH 21 % činí **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** a celková cena zboží včetně DPH je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** (slovy: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] korun českých**).

V. Platební podmínky

/1/ Prodávající se zavazuje doručit daňový doklad (fakturu) veřejnému zadavateli do 14 dnů od dodání zboží nejpozději do 15.12. příslušného roku. Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku.

/2/ Příslušný veřejný zadavatel je povinen zaplatit daňový doklad (fakturu) v termínu do 30 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. V případě doručení faktury v době od 15. 12. do 31.1. příslušného roku se prodlužuje splatnost faktury na 60 dnů od doručení.

/3/ Veřejný zadavatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury veřejnému zadavateli. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /1/ této smlouvy,
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy.

/5/Centrální zadavatel ani veřejný zadavatel neposkytují jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

VI. Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem dodání zboží jsou jednotlivá Krajská ředitelství policie ČR dle přílohy č. 2 této smlouvy (Specifikace veřejných zadavatelů).

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží příslušným veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník veřejného zadavatele pro převzetí zboží.

/3/ Vady zjevné při dodání zboží je příslušný veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

4/ Prodávající dodá spolu se zbožím ke každé soupravě alkoholtesteru návod k použití v českém jazyce a záruční list.

/5/ Prodávající musí před každou započatou dodávkou prokázat, že je alkoholtester schválen jako „stanovené měřidlo“ sloužící k měření obsahu alkoholu v dechu. Tuto skutečnost doloží kopií platného certifikátu Českého metrologického institutu, který nabízenému typu přístroje přiděluje značku schváleného typu, včetně protokolu o technické zkoušce. Kopii platného certifikátu dodavatel předloží na OSM PP Ing. Kateřině Haislové (tel: 974 835 769, e-mail: katerina.haislova@pcr.cz).

/6/ Skladovací podmínky pro protokoly vytištěné z přenosné tiskárny, které zajistí požadovanou stabilitu tisku 5 let **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**.

/7/ V rámci plnění veřejné zakázky mohou být namátkově vybrány dodané alkoholtestery, které budou předány k posouzení a přezkoušení Českému metrologickému institutu, a to ve stejném rozsahu jako při posouzení nabídek. V případě, že Český metrologický institut shledá pochybení (tzn. alkoholtester neprojde některou ze stanovených zkoušek), budou tyto přístroje u dodavatele reklamovány. Náklady na posouzení a přezkoušení přístrojů ponese, v případě, že nebude shledáno žádné pochybení, zadavatel. V případě, že Český metrologický institut shledá pochybení, ponese náklady na posouzení a přezkoušení alkoholtesterů prodávající.

/8/ Prodávající bude povinen, v případě potřeby, poskytnout Českému metrologickému institutu potřebnou součinnost pro provedení výše uvedených zkoušek alkoholtesterů.

/9/ Každý dodaný přístroj bude dodán tak, aby jej bylo možno okamžitě začít používat v přímém výkonu služby (vše obsaženo v nabídkové ceně).

VII.

Záruka za jakost zboží

/1/ Záruční lhůta na zboží v délce min. 24 měsíců od předání zboží veřejnému zadavateli.

/2/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží veřejným zadavatelem. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu veřejným zadavatelem.

/4/ Prodávající garantuje záruční a pozáruční servis v autorizovaném servisu včetně kalibrace a zajištění náhradních dílů po dobu 10 let od dodání a provádění oprav nejpozději do 30 pracovních dnů po převzetí vadného zboží

/5/ Pro provedení kalibrací prodávající garantuje tyto časové lhůty (od převzetí přístroje):
do 5 ks přístrojů ihned (na počkání),
od 5 do 30 ks přístrojů do 3 pracovních dnů,
nad 30 ks přístrojů do 5 pracovních dnů

/6/ Reklamace vadného kusu alkoholtesterů bude řešena v rámci záruční doby opravou nebo výměnou za bezvadný a u náustků výměnou. Reklamace bude uplatněna na území České republiky minimálně ve dvou sběrných místech (Čechy a Morava) - viz příloha KS č.4.

/7/ Pro případ prodlení v termínu dle čl. VII. odst. /4/,/5/ a /6/ se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty.

/8/ Reklamacie jsou ze strany veřejného zadavatele řešeny odpovědným pracovníkem veřejného zadavatele. Reklamacie ze strany centrálního zadavatele jsou řešeny odpovědným pracovníkem Správy logistického zabezpečení.

/9/ Maximální cena za 1 hodinu práce oprav nesmí přesáhnoutKč včetně DPH. **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]** (*prodávající uvede maximální cenu, která nesmí přesáhnout 1.100,- Kč*)

/10/ Maximální cena za kalibraci jednoho přístroje nesmí přesáhnout v případě předání většího počtu přístrojů najednou (*prodávající uvede u ceny kalibrace za 1 ks cenu z nabídky a dále uvede cenu kalibrace za více ks dle níže uvedené specifikace*).

- a) cena kalibrace 1 ks v Kč včetně DPH při kalibraci 1 ks přístroje**[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
- b) cena kalibrace 1 ks v Kč včetně DPH při kalibraci 2 až 4 ks přístrojů**[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
- c) cena kalibrace 1 ks v Kč včetně DPH při kalibraci 5 až 9 ks přístrojů**[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
- d) cena kalibrace 1 ks v Kč včetně DPH při kalibraci 10 a více ks přístrojů**[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**

VIII. Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od centrálního a veřejného zadavatele nebo o centrálním a veřejném zadavateli či jejich zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu centrálního zadavatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč, (slovy: Jednostotísíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování centrálním zadavatelem.

/8/ Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobku musí být předem schváleny oběma smluvními stranami.

/9/ Prodávající se zavazuje, že v případě, že s ním budou jednotlivá Krajská ředitelství Policie ČR uzavírat smlouvy na opravy a kalibrace těchto alkoholtesterů, nepřesáhne nabídková cena maximální cenu jednotlivých úkonů, kterou uvedl v rámci této veřejné zakázky, po celou dobu životnosti, dle čl.VII odst. 3.

/10/ Prodávající předloží centrálnímu zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba

plnění přesahuje 1 rok. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu 200.000,-Kč splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování veřejným zadavatelem.

/11/ Maximální cenu hodiny práce oprav a za kalibraci lze změnit v případě:

- a) změny sazby daně z přidané hodnoty, a to tak, že k maximální ceně hodiny práce a za kalibraci bez DPH se připočte aktuální zákonná sazba DPH,
- b) že součet meziročního nárůstu inflace (vyjádřeného průměrnou roční mírou inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem) přesáhne 5 %, přičemž za první výchozí rok se považuje rok podpisu smlouvy. V takovém případě se zvýší cena hodiny práce a za kalibraci včetně DPH od následujícího roku (tj. po roku, ve kterém součet meziročního nárůstu inflace překročil 5%) o 5%. Výchozí rok k dalšímu výpočtu meziročního nárůstu inflace je vždy ten rok, ve kterém součet meziročního nárůstu inflace, počítaje od předchozího výchozího roku, přesáhl 5 %.
- c) dohody smluvních stran.

IX.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok centrálního zadavatele a veřejných zadavatelů na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinností prodávajícího.

/3/ Veškeré smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které vůči prodávajícímu uplatňuje centrální zadavatel, vyřizuje za centrálního zadavatele pověřený pracovník Správy logistického zabezpečení PP ČR.

/4/ Veškeré smluvní pokuty a náhradu škody, které je dle této smlouvy povinen zaplatit prodávající veřejnému zadavateli, uplatňuje za veřejného zadavatele odpovědný pracovník veřejného zadavatele.

/5/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. odst. 6.

/6/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace

/7/ Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění smlouvy, pokud je veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/8/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/9/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/10/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/11/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/12/ Prodávající je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili také subdodavatelé podílející se na této zakázce.

/13/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/14/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/15/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/16/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/17/ Prodávající ani centrální zadavatel nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této kupní smlouvy na třetí osobu.

/18/ Součástí této smlouvy je příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny), příloha č. 2 (Specifikace veřejných zadavatelů), příloha č. 3 (Rozdělovník budoucích dodávek), příloha č.4 (Seznam sběrných míst – kontakty a adresy).

/19/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/20/ Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží dva a prodávající jeden.

/21/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Vdne.....2016

V Praze dne.....2016

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

prodávající
(razítko, podpis)

centrální zadavatel
(razítko, podpis)

TECHNICKÝ POPIS

Měřiče alkoholu v dechu (dále jen „alkoholtestery“) a náustky k alkoholtesterům budou používány pracovníky dopravní, pořádkové a případně dalších složek Policie ČR ke kontrole účastníků silničního provozu, i dalších osob, které při výkonu své činnosti jsou kontrolovány na přítomnost alkoholu v těle po požití alkoholických nápojů.

TECHNICKÉ PODMÍNKY:

Souprava pro měření alkoholu v dechu musí obsahovat:

1. Přenosný alkoholtester s pamětí naměřených hodnot a integrovaným GPS systémem, který minimálně při „asistovaném odborném měření“ stanoví přesné místo měření pomocí GPS souřadnic
2. Přenosná tiskárna pro okamžitý tisk výtisků s výsledky provedené zkoušky (Policie ČR tyto výtisky používá jako součást protokolů, proto dále v TS jen „protokoly“). Tyto protokoly musí obsahovat minimálně následující: Automaticky propsané z přístroje:
Identifikátor přístroje (alkoholtesteru), Pořadové číslo provedené zkoušky, Datum poslední kalibrace přístroje (alkoholtesteru), Datum a čas provedení dechové zkoušky, GPS souřadnice místa, kde bylo měření provedeno (minimálně při „asistovaném odborném měření“), Výsledek dechové zkoušky tj. naměřená hodnota,
Dále musí být předepsáno a ponecháno místo pro ruční vypsání těchto položek:
Jméno a příjmení testované osoby, Datum narození, Číslo dokladu, Podpis policisty, OEČ Policisty, Podpis testované osoby,
Jednotlivé názvy požadovaných položek jsou pouze orientační a uchazeč je může např. zkrátit či pozměnit použitím synonyma, avšak pouze za předpokladu, že bude zcela zřejmé, o jakou položku se jedná.
3. Nabíjecí příslušenství pro alkoholtester a tiskárnu (napájecí adaptér pro 230V AC a 1x napájecí adaptér pro automobilní síť 12V DC). Toto příslušenství musí umožnit opakované nabíjení alkoholtesteru, z požadovaných sítí, bez nutnosti vyjmutí zdroje napájení (např. integrovaný akumulátor, „nabíjecí baterie“) z alkoholtesteru. V případě napájecího adaptéru pro automobilní síť musí být tento adaptér řešen pouze jednoduchým kabelem se zakončením, které lze na jedné straně zapojit přímo do alkoholtesteru a na druhé straně má zakončení do sítě 12V DC (jako např. u standardních nabíječek pro mobilní telefony do automobilu), žádné stojánky, dokovací stanice apod., do kterých vede napájecí kabel a až přes ně se přístroj nabíjí, nejsou přípustné, a to zejména z toho důvodu, že je ve služebních vozidlech není kam umístit a jejich použití není vhodné z hlediska bezpečnosti, v případě, že by bylo nutno alkoholtester nabíjet za jízdy.
4. Příslušenství pro přenos dat do PC (propojovací kabely a software v českém jazyce), pokud je k přihlášení do softwaru třeba heslo, musí být toto heslo v nabídce uvedeno.
5. Návod k použití v češtině k alkoholtesteru i tiskárně (tištěný nebo na CD).
6. Výměnné náustky pro odběr vzorku dechu (30 ks).
7. Náustek pro pasivní odběr vzorku dechu (2 ks).
8. Transportní kufr (bude obsahovat všechny výše uvedené položky č. 1- 7).
9. Stolní síťový nabíjecí zdroj (230V AC) pro alkoholtester např. dokovací stanice, stojánek a napájecí kabel či jiné obdobné technické řešení (nebude uložen v transportním kufru) pozn. jedná se o další nabíjecí příslušenství, není součástí bodu 3

Požadované technické vlastnosti alkoholtesteru:

- Musí být přenosný a v odpovídající konfiguraci umožňovat maximálně přesnou, rychlou a bezpečnou detekci alkoholu v dechu,
- musí umožňovat pasivní odběr vzorku dechu (tzn. odběr umožňující detekci alkoholu např. z otevřené lahve, nespolupracující osoby apod.) Vyhodnocení detekce je požadováno slovní např. Pozitivní x Negativní; Alkohol ANOx Alkohol NE apod.

- musí být konstrukčně uzpůsoben tak, aby zabránil vdechnutí škodlivin z alkoholtesteru (např. pomocí náustku se zpětnou klapkou),
- musí umožňovat volbu tzv. „asistovaného odborného měření“ spočívajícího v následujícím postupu: po provedení první dechové zkoušky zobrazí na displeji přístroje naměřenou hodnotu. V případě pozitivního výsledku dechové zkoušky zahájí odpočet cca 5-ti minutové časové prodlevy. Po uplynutí stanovené doby se alkoholtester připraví k druhé dechové zkoušce. Po provedení druhé dechové zkoušky zobrazí na displeji naměřenou hodnotu a následně vyhodnotí, zda se naměřené hodnoty z obou zkoušek shodují v toleranci $\pm 10\%$. Pokud se naměřené hodnoty pohybují ve výše stanovené toleranci $\pm 10\%$, tiskárna vytiskne souhrnný protokol s výsledky obou dechových zkoušek.

Pokud naměřené hodnoty z obou zkoušek překračují povolenou toleranci, zahájí alkoholtester nové odpočítávání pětiminutové prodlevy. Po uplynutí stanovené doby se alkoholtester připraví k třetí dechové zkoušce. Po provedení třetí dechové zkoušky zobrazí na displeji naměřenou hodnotu a následně tiskárna vytiskne souhrnný protokol s údaji všech provedených dechových zkoušek.

Zadavatel připouští i jiné technické řešení „asistovaného odborného měření“, obsahující požadované funkcionality, které umožní obdobné vyhodnocení správnosti protokolu s výsledky měření.

- Musí být vybaven interní pamětí pro uložení minimálně 1 000 výsledků měření, údaje z paměti alkoholtesteru musí být přenositelné do PC,
- musí být vybaven ochranou k zamezení manipulace s naměřenými údaji,
- musí umožňovat opakované vytištění libovolného protokolu, uloženého v paměti alkoholtesteru, s výsledkem provedené dechové zkoušky,
- musí mít bezdrátové spojení s přenosnou tiskárnou pro přenos naměřených hodnot do tiskárny k okamžitému tisku protokolu s výsledkem provedené dechové zkoušky,
- musí umožňovat připojení alkoholtesteru k počítači datovým kabelem pro přenos dat. Kabel musí být zakončen USB konektorem pro připojení do počítače (USB port) a musí být součástí dodávky,
- alkoholtester musí být vybaven dobře čitelným, grafickým displejem s podsvícením, údaje na displeji přístroje v češtině,
- zdroj napájení alkoholtesteru musí umožňovat provoz nezávisle na napájení z elektrické sítě
- zdroj napájení, který umožní provoz alkoholtesteru nezávisle na napájení z elektrické sítě, musí být možno opakovaně nabíjet, požadovaným příslušenstvím, přímo v přístroji a to tak, aby jej nebylo nutné vyjmout z přístroje.

Požadované technické parametry alkoholtesteru:

- alkoholtester musí být vybaven elektrochemickým senzorem,
- rozsah měření koncentrace alkoholu 0,00 až min. 5,00 ‰,
- měřící jednotky promile,
- rozsah teplot:
 - Podmínky prostředí při provozu - min. minus 10⁰ C až plus 40⁰ C,
 - Teploty, při kterých je garantována přesnost měření (s maximální dovolenou chybou měření) – min. minus 5°C až plus 40°C
- doba odebrání vzorku max: 10 sec.,
- odezva pozitivního měření max: 20 sec.,
- při nesplnění kritérií zkoušky musí alkoholtester signalizovat chybu,
- zobrazení výsledku zkoušky na displeji v jednotkách promile,
- zobrazení reálného času a datumu na displeji alkoholtesteru,
- signalizace při nízké kapacitě zdroje napájení
- hmotnost alkoholtesteru max: 500 g včetně zdroje napájení,

Požadované technické vlastnosti tiskárny:

- Musí být přenosná a umožnit okamžitý tisk nezávisle na elektrické síti (vlastní zdroj napájení (např. integrovaný akumulátor nebo „nabíjecí baterie“)),
- musí mít bezdrátové spojení s alkoholtesterem pro okamžitý tisk protokolu s výsledkem zkoušky,
- musí tisknout protokoly na běžný papír nebo termopapír se stabilitou tisku min. 5 let
- musí vytisknout protokol s výsledkem zkoušky v češtině,
- musí umožnit umístění tiskárny na kapotě vozidla se zabezpečením proti pádu (fixace tiskárny pomocí magnetu nebo jiným způsobem),
- musí umožňovat opakované nabíjení zdroje napájení tiskárny ze sítě 230V AC i z automobilní sítě 12V DC, nabíjecí příslušenství pro obě požadované sítě musí být součástí dodávky
- rozsah provozních teplot min. minus 5° C až plus 40° C.

Balení náustků pro expedici k uživatelům je požadováno po 100 kusech. Každý náustek bude samostatně hygienicky zabalen.