



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

úsek náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku
Odbor veřejných zakázek



Č.j. PPR-2689-31/ČJ-2016-990640

Odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 odst. 1 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

k veřejné zakázce (dále jen „VZ“):

„Měřicí přístroj alkoholu v těle („Alkoholtester“)

----- která byla uveřejněna dne 21.3.2016 ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky VZ 630623.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.

<p>Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, d) v předpokládaném termín splnění veřejné zakázky, oproti skutečností uvedeným podle § 1.</p>	<p>Snížení předpokládané hodnoty náustků – na základě cen zjištěných z posledních realizovaných veřejných zakázek s obdobným předmětem plnění Celková předpokládaná cena: Původní: 54 545 454, 54 Kč bez DPH Současná: 52 561 983,5 Kč bez DPH</p>
<p>Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.</p>	<p>V případě, že plánovaný majetek nebude prostřednictvím VZ pořízen, nedojde k zabezpečení podmínek pro přímý výkon služby zejména při silničních kontrolách. Parametry uvedené v technické specifikaci vycházejí z potřeb definovaných konečným uživatelem. Tvůrci technické specifikace nejsou známa žádná rizika související s věcným obsahem technické specifikace.</p>
<p>Veřejný zadavatel může vymežit alternativy naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.</p>	<p>-</p>
<p>----- Veřejný zadavatel může vymežit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.</p>	<p>-</p>
<p>Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.</p>	<p>-</p>

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky podle § 3 odst. 1 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných dodávek. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných dodávek činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	Zadavatel nepožaduje předložení seznamu významných dodávek.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů.)	Zadavatel nepožaduje předložení seznamu techniků či technických útvarů
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.	Zadavatel nepožaduje předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.	Zadavatel nepožaduje provedení kontroly výrobní kapacity ani kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání.	Zadavatel požaduje předložit 6 ks vzorků (požadavek vznikl po konzultaci s Českým metrologickým institutem), aby mohl namátkově vybrat 3 ks vzorků, přičemž 1ks bude použit při posouzení nabídky členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a další 2ks vzorků budou, kvůli ověření některých parametrů, odevzdány, v rámci posouzení nabídky, na Český metrologický institut, který na těchto vzorcích provede odborné specializované zkoušky. Zadavatel chce ověřit, že i sériově vyráběné přístroje splňují parametry, které jsou dodavatelem (či výrobcem) garantovány a které splňoval vybraný kus přístroje, který byl předložen na Český metrologický institut k provedení zkoušek, na základě kterých tento typ přístroje získal tzv. „Certifikát o schválení typu“ a stal se tak stanoveným měřidlem. Dále budou zbylé 3ks vzorků, které nebudou vybrány pro posouzení v rámci komise ani pro otestování na Českém metrologickém institutu, sloužit jako rezervní pro případ, že by v rámci testování vznikl ze strany Českého metrologického institutu požadavek na předložení dalšího ks vzorku.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem.	Zadavatel nepožaduje předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby podle § 4 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů.	Zadavatel nepožaduje lhůtu splatnosti faktur delší než 30 dnů.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.	Zadavatel nepožaduje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky.	Zadavatel nepožaduje bankovní záruku
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky	-

stanoví požadavek záruční lhůty delší než 24 měsíců.	
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanoví smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.	Zadavatel nepožaduje obchodní podmínky stanoví smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanoví smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.	Zadavatel nepožaduje obchodní podmínky stanoví smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle § 4 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.	Stanovení lhůty pro provádění oprav a provádění kalibrace zadavatel vyžaduje z důvodu zajištění řádného výkonu služby.

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle § 5 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Technická podmínky	Odůvodnění technické podmínky
Veškeré technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 5 zadávací dokumentace – technická specifikace.	Vymezení technických podmínek VZ bylo provedeno v souladu s § 46, odst. 5 ZVZ dle požadavků konečného uživatele s ohledem na podmínky plnění úkolů útvarů Policie ČR, pro které je majetek pořizován.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek podle § 6 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Hodnotící kritérium	Odůvodnění
Ekonomická výhodnost	Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost, jelikož při objemu alkoholtesterů, které se pořizují, jsou podstatné i částky za kalibrace, které se k provozu přístrojů vážou a ze kterých ročně vznikají další nezanedbatelné náklady, jelikož absolvovat s alkoholtestery pravidelné kalibrace, je dokonce povinnost. Zadavatel má v úmyslu zajistit veřejným zadavatelům výhodné garantované maximální částky za kalibrace přístrojů, a to po celou dobu životnosti těchto přístrojů, z tohoto důvodu je tato položka zařazena do hodnocení s 20% vahou. Toto kritérium bylo zařazeno do hodnocení zejména proto, aby se nestalo, že uchazeč sice nabídne výhodnou cenu za alkoholtestery či náustky, nicméně následně si tuto výhodnou cenu vykompenzuje cenou kalibrace. Dalším kritériem hodnocení je samozřejmě pořizovací cena alkoholtesterů a náustků vahou 80%.

V Praze dne

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

zadavatel
(razítko, podpis)