



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Úsek náměstka pro ekonomiku
Odbor veřejných zakázek



Č.j. PPR-2689-41/ČJ-2016-990640

Praha 11.5.2016

Počet listů: 1

Dodatečné informace č. 1 k uveřejněné zadávací dokumentaci

Dodatečné informace č. 1 k uveřejněné zadávací dokumentaci veřejné zakázky „**Měřicí přístroj alkoholu v těle („Alkoholtester“)**“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 630623.

V souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel poskytuje dodavatelům tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Závazný vzor textu kupní smlouvy uvádí v čl. VI, /9/: “Každý dodaný přístroj bude dodán tak, aby jej bylo možno okamžitě začít používat v přímém výkonu služby” – znamená to, že přístroje mají být dodány včetně ověření Českého metrologického institutu?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, přístroje musí být dodány včetně ověření Českého metrologického institutu.

Dotaz č.2:

Bod 2.5 Zadávací dokumentace uvádí předpokládanou maximální nabídkovou cenu za 1 přístroj ve výši 39 000,- Kč včetně DPH. Pokud bude požadováno dodání přístrojů včetně ověření ČMI, je cena za tuto službu, kterou neposkytuje uchazeč, ale výhradně Český metrologický institut, součástí uvedené částky?

Odpověď na dotaz č.2:

Ano, cena za tuto službu je součástí uvedené částky.

Zpracoval: Mgr. Jana Odehnalová, tel.: 974 835 637

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR
elektronicky podepsáno