



Č.j.: ZZ-56-15/R-2016

V Praze dne: 23.5.2016

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra jako zadavatel veřejné zakázky „Pořízení RTG pracovišť“ obdrželo v minulých čtyřech pracovních dnech několik dotazů k této zakázce.

DOTAZ 1

Zadavatel v zadávací dokumentaci, článku 6.4 - Technické kvalifikační předpoklady uvádí, že pro splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč seznam významných dodávek realizovaných v posledních třech letech, ze kterého bude vyplývat, že realizoval minimálně dvě zakázky na dodávku Zdravotnického modulu - pracoviště RTG v hodnotě více jak 500 000,00 Kč,

Zadavatel v zadávací dokumentaci nespecifikoval typ RTG přístroje. Rozumíme tomu správně, že zadavatel bude akceptovat seznam významných dodávek, ze kterého bude vyplývat, že uchazeč realizoval minimálně dvě dodávky mobilního RTG přístroje a/nebo RTG přístroje s C ramenem? Domníváme se, že takovéto významné dodávky prokazují dostatečné zkušenosti a kvalifikovanost uchazeče.

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat seznam významných dodávek, kdy uchazeč realizoval minimálně dvě dodávky mobilního RTG přístroje a/nebo RTG přístroje s C ramenem.

DOTAZ 2

V zadávací dokumentaci, příloze č. 4 uvádí zadavatel v části „modul zdravotnický - pracoviště RTG“ požadavek: *Záložní bateriový zdroj s min. kapacitou provozu KTN na 0,5 hod vybavený automatickým spínačem. Tento záložní zdroj bude zároveň sloužit jako vyrovnávací zdroj s ochranou veškerého vnitřního zařízení proti výkyvům v el. síti.*

Ve zdravotnických provozech jsou zálohovány jen ovládací PC k RTG přístrojům, které by mohli být případnými výpadky a následnými nucenými restarty systému poškozeny. Samotné RTG přístroje zálohovány nejsou z důvodu vysokého nárazového příkonu (cca 100 kW), který významným způsobem snižuje životnost baterií případně dieselagregátu a vysoké finanční náročnosti.

S ohledem na skutečnost, že požadavek je uveden u specifikace kontejneru, chápe uchazeč správně, že zadavatel požaduje zálohování kontejneru (osvětlení uvnitř kontejneru, topení, zásuvky umístěné v kontejneru určené k napájení PC případně drobného vybavení), ale nebude sloužit k zálohování skiagrafického RTG přístroje?

Odpověď

Ano, zadavatel požaduje zálohování vnitřního zařízení kontejneru (osvětlení uvnitř kontejneru, topení, zásuvky umístěné v kontejneru určené k napájení PC případně drobného vybavení), které nebude sloužit k zálohování skiagrafického RTG přístroje.

DOTAZ 3

Zadavatel v zadávací dokumentaci, příloze č. 4 uvádí v požadavcích na konstrukci kontejneru pouze ČSN ISO 1C, kód 668. která uvádí klasifikaci kontejnerů řady 1, založené na vnějších rozměrech a stanovuje přiřazené brutto hmotnosti. Neuvádí však např. způsob transportu, který bude chtít u kontejneru využívat, tedy jestli musí mít kontejner např. platnou CSC plaketu.

Požaduje zadavatel platnou CSC plaketu, respektive požaduje testování a certifikaci kontejnerů dle ISO 1496?

Odpověď

Zadavatel bude přepravovat kontejnery silniční přepravou, proto nepožaduje doložení platné CSC plakety dle ISO 1496.

DOTAZ 4

Zadavatel v požadavcích neuvádí požadavek na dodávku nových kontejnerů

Chápe uchazeč správně, že je možné pro stavební základ použít již hotový, certifikovaný námořní kontejner (popřípadě i použitý, např. po jedné plavbě) a na tomto kontejneru provést potřebné stavební úpravy? Tedy je možné realizovat projekt jako přestavbu námořního kontejneru a certifikovat jej?

Odpověď

Zadavatel z povahy veřejné zakázky požaduje dodání nového kontejneru. Pokud by zadavatel akceptoval i použitý kontejner např. po uskutečněných námořních plavbách, uvedl by tento fakt do zadávací dokumentace.

Povrchová ochrana musí být v souladu s ČSN EN ISO 8501-1, ČSN EN ISO 8504-2 a ČSN ISO 8504-3. Povrchová ochrana musí být řešena v souladu s požadavky na klimatickou a korozní odolnost. Jak je uvedeno v příloze č. 4 ZD Technická specifikace, strana č. 5, bod Povrchová ochrana.

DOTAZ 5

Vzhledem k tomu, že v návrhu kupní smlouvy Čl. 5, je jasně uvedeno, že dodané zboží „odpovídá platným předpisům a normám“ a že „Pro jakost dodávaného materiálu platí technické, hygienické a jiné předpisy a normy, které se Prodávající zavazuje při svých dodávkách respektovat“, předpokládáme, že i když v technické specifikaci na RTG přístroje není výslovně zmíněn požadavek na „DAP metr“ a na „AEC - expoziční automatiku“ jasně vyplývá nutnost dodání RTG přístrojů včetně tohoto (DAP a AEC) technického vybavení mj. i zvýše uvedeného požadavku v návrhu smlouvy.

Žádáme tímto zadavatele o ujištění, že chápeme jeho požadavek správně.

Odpověď

Ano požadavek chápete správně, neboť se jedná o povinné vybavení rentgenových přístrojů dle Směrnice EU 97/43/EURATOM a § 64 odst. 1 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.

DOTAZ6


V technické specifikaci parametrů RTG přístrojů je požadováno: „Bezdrátový detektor -Aktivní zobrazovací plocha 35x43 cm“.

Vzhledem k tomu, že je na tomtéž místě také uvedeno, že: „Uvedené technické parametry jsou brány jako minimální. Nabízený systém může mít parametry lepší, nikoliv však horší“, předpokládáme, že jestliže nabídneme pevný detektor o velikosti aktivní plochy 43x43 cm, bude zadavatel nabídku posuzovat jako nabídku s lepšími parametry vzhledem k tomu, že velikost aktivní plochy je výrazně větší (důležité pro snímkování hrudníku), odpadá nutnost dobíjení baterií, má spolehlivější přenos dat...

Žádáme tímto zadavatele o ujištění, že chápeme jeho požadavek správně.

Odpověď

Ano požadavek chápete správně, uvedený detektor budeme akceptovat.



Mgr. Jan Louška
Ředitel ZZMV
v.z. Ing. Vladimír Hodek
na základě plné moci