



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení
Odbor veřejných zakázek



Č. j. PPR-19809-199/ČJ-2013-990656

Praha 24. června 2015
Počet listů: 3

Písemná zpráva zadavatele

k veřejné zakázce

„Mobilní RTG“

Zadavatel o shora uvedené veřejné zakázce vyhotovil v souladu s ustanovením § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tuto písemnou zprávu:

a) Údaje podle ust. § 85 odst. 2 písm. a) zákona

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Česká republika – Ministerstvo vnitra
Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Právní forma: organizační složka státu
IČ: 00007064
Zastoupen: Ing. Miroslavem Hajným, ředitelem Správy logistického zabezpečení
Policejního prezidia České republiky

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je: 1 ks mobilního RTG

Cena sjednaná ve smlouvě:

2 850 000,- Kč bez DPH, tj. 3 448 500,- Kč včetně 21% DPH.

b) Údaje podle ust. § 85 odst. 2 písm. b) zákona

Zvolený druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení realizované dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona

c) Údaje podle ust. § 85 odst. 2 písm. c) zákona

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Název: Testima, spol. s r.o.
Sídlo: Křovinovo náměstí 8/10, 193 00 Praha 9 Horní Počernice
IČ: 40613186
DIČ: CZ40613186

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Nádražní 16
150 05 Praha 5
Tel.: +420 974 884 602
Fax: +420 974 884 402
Email: ovzslzpp@pcr.cz

K hodnocení zbyla pouze 1 nabídka uchazeče Testima, spol. s r.o.. Zadavatel postupuje v souladu s ustanovením § 71 odst. 6 písm. c) zákona a § 84 odst.1 písm. e) věta druhá. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Uchazeč Testima, spol. s r.o. obdržel 100 bodů.

Žádná část veřejné zakázky nebude plněna prostřednictvím subdodavatele.

d) Údaje podle ust. § 85 odst. 2 písm. d) zákona

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:

Nabídka č. 1	Obchodní jméno uchazeče:	PCS spol. s r.o. IČ:00571024, DIČ: CZ 00571024 Na Dvorcích 18 140 00 Praha 4
-----------------	--------------------------	---

Nabídková cena:	2 695 041,30 Kč bez DPH 3 261 000,- Kč včetně 21% DPH
-----------------	--

Nabídka č. 2	Obchodní jméno uchazeče:	Testima, spol. s r.o. IČ:40613186, DIČ: CZ40613186 Křovonovo náměstí 8/10 193 00 Praha 9 Horní Počernice
-----------------	--------------------------	---

Nabídková cena:	2 850 000,- Kč bez DPH 3 448 500,- Kč včetně 21% DPH
-----------------	---

e) Údaje podle ust. § 85 odst. 2 písm. e) zákona

Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení:

Nabídka č. 1	Obchodní jméno uchazeče:	PCS spol. s r.o. IČ:00571024, DIČ: CZ 00571024 Na Dvorcích 18 140 00 Praha 4
-----------------	--------------------------	---

Odůvodnění vyloučení:

Součástí dodávky bylo také požadováno:

Ovládací a vyhodnocovací jednotka
Monitor: 15,6 palce, rozlišení 1920x1080 a lepší

Další požadavky na vyhodnocovací systém:

Externí monitor s výrobcem garantovaným plynulým přechodem odstínů a schopen zobrazit 256 odstínů jasu.

Alespoň jeden z pixel rozměrů monitoru bude větší, než rozměr zobrazovací jednotky a druhý rozměr bude alespoň stejně velký - z důvodu možnosti zobrazení RTG snímku v poměru 1:1 na celé obrazovce, při zachování nástrojové lišty.

Dokovací stanice a externí monitor budou využity jako pevné prvky operačního střediska RTG a z toho důvodu není nutné, aby byly uloženy v jednotném odolném obalu RTG systému.

Dodavatel předložil v nabídce Dell XPS18 Tablet s úhlopříčkou obrazovky 18.4“. Dodavatel dále v nabídce uvádí externí monitor: ANO 15,6 palce. Komise požádala o vysvětlení nabídky o doplnění přesného názvu monitoru. Dodavatel ve vysvětlení nabídky uvádí v technické specifikaci monitoru 27“ EIZO EV2736WFS-BK EcoView, model s úhlopříčkou 27“, z čehož vyplývá, že se jedná o monitor s jinou úhlopříčkou než v předložené nabídce. Vysvětlením nabídky by došlo ke změně nabídky, což není přípustné v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona. Komise dále z dostupných

zdrojů z internetu dohledala, že ani jeden ze zobrazovacích monitorů v nabídce by nesplnil požadavek na možnost zobrazení RTG snímku v poměru 1:1 na celé obrazovce, při zachování nástrojové lišty.

Z výše uvedených důvodů byla tato nabídka vyloučena.

JUDr. Lumír Mičánek
zadavatel