

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. příhr.69, 148 01 Praha 414

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK k veřejná zakázka malého rozsahu	
Líslo zakázky	MV-133043-2/IOO-2013
Název zakázky	Vzorkovací zařízení
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce)	Dodávka vzorkovacího zařízení
Datum vyhlášení zakázky	14. 11. 2013
Název zadavatele	Česká republika – Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
Sídlo zadavatele	Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč
Jméno, příjmení, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa	plk. Ing. Mgr. Rostislav Richter 950580220 richter@ioolb.izscr.cz
IČO zadavatele	00007064
DÍČO zadavatele	CZ00007064
Jméno, příjmení, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa	kpt. Ing. Josef Kořata 950580338 josef.kosata@ioolb.izscr.cz
Lhůta pro podávání nabídek	25. 11. 2013 v 10,00 hod.
Místo pro podávání nabídek	Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč
Popis předmětu zakázky	Vzorkovací zařízení
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)	227.000,- Kč
Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky	10. prosince 2013
Místo dodání / převzetí plnění	Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč
Hodnotící kritéria	– Nejnižší nabídková cena
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele	– Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán – Kopie dokladu o oprávnění k podnikání

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazele	Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou formu nabídky	Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka se dodává písemně a v uzavřené obálce označené názvem Veřejná zakázka Ažurovací zařízení NEOTEVÍRAT, na které musí být uvedena adresa.
Požadovaný jazyk nabídky	Jazyk český
Další požadavky na zpracování nabídky	Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na Profilu zadavatele zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podali nabídku a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.
Zadávací řízení se řídí	§ 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Přílohy	Příloha č. 1: Podrobná specifikace (1list)
Podpis zadavatele	

Příloha I. 1 k I. j.: MV-133043-2/IOO-2013

Technická specifikace vzorkovacího zařízení

Vzorkovací zařízení musí splňovat následující minimální parametry:

- a. Hmotnost musí být menší jak 1.5 kg a rozměry menší jak 22 cm x 20 cm x 8 cm.
- b. Nutný vlastní LCD display zobrazující stav jednotky a umožňující manuální programování jednotky.
- c. 2 výměnné sorpční trubiky, zařízení musí umožnit odběr na každou trubiku zvlášť nebo současný odběr na obě trubiky.
- d. Integrovaná GPS, schopnost práce na interní baterii minimálně po dobu 12 hodin, dobíjení musí být možné s pomocí externí nabíječky a také prostřednictvím propojení s vlastním systémem GC/MS.
- e. Odolný přepravní kufr pro vlastní zařízení.
- f. Inteligentní odběrové zařízení musí být přizpůsobeno pro práci v nebezpečné zóně snadno se musí ovládat v ochranných rukavicích, musí být snadno dekontaminovatelné s použitím standardních dekontaminačních prostředků.
- g. Musí komunikovat s GC/MS systémem Griffin 460.