

MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

Č.j.: MV-54955-3/PO-PSM-2014

V Praze dne 29. května 2014

Počet listů: 1

Dodatečné informace č. 1 k výzvě k podání nabídek č.j. MV-54955-2/PO-PSM-2014

Zadavatel zveřejňuje níže uvedené dodatečné informace k veřejné zakázce „**IOO LB – absorbanční (ELISA) reader**“ zveřejněné výzvou k podání nabídek a na profilu zadavatele dne 26. 5. 2014.

Dotaz č. 1:

V technických podmínkách uvádíte, že požadujete nabídku na spektrofotometr v rozsahu vlnových délek 340 – 900 nm a v dalších bodech uvádíte, že potřebujete zásobník alespoň na 5 filtrů, kde uvádíte jejich hodnoty. Toto zadání je matoucí. Buď požadujete absorbanční reader se spektrofotometrem, kde je vlnová délka nastavitelná po 1 nm (v našem případě od 200 nm do 999 nm), nebo požadujete absorbanční reader s fotometrem, kde je filtrové kolo s definovanými filtry s příslušnou délkou.

Prosím o vysvětlení, který reader z výše uvedených typů (spektrofotometr / fotometr s filtry) požadujete.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že požaduje spektrofotometr, ve kterém se vlnové délky určují jednotlivými filtry a ne pomocí monochromátoru s plynule nastavitelnou vlnovou délkou.

.....**v.r.**.....
Ing. Vlastimil Gothard
ředitel odboru provozního a správy majetku