

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasířského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. příhr.69, 148 01 Praha 414

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK k veřejná zakázka malého rozsahu	
Číslo zakázky	MV-73254-2/IOO-2013
Název zakázky	Dodávka IR spektrometru InfraRan
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce)	IR spektrometr InfraRan
Datum vyhlášení zakázky	02.07.2013
Název zadavatele	Česká republika – Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
Sídlo zadavatele	Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč
Jméno, příjmení jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa	plk. Ing. Mgr. Rostislav Richter 950580220 richter@ioolb.izscr.cz
IČO zadavatele	00007064
DÍČ zadavatele	CZ00007064
Jméno, příjmení jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa	Ing. Ivo Hylák 950580350 hylak@ioolb.izscr.cz
Lhůta pro podávání nabídek	30.07.2013
Místo pro podávání nabídek	Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč
Popis předmětu zakázky	IR spektrometr InfraRan
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)	363.500,-
Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky	červen 2013
Místo dodání / převzetí plnění	Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč
Hodnotící kritéria	A Nejnižší nabídková cena
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele	A Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán B Kopie dokladu o oprávnění k podnikání

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazele	Uchazej ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou formu nabídky	Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazele. Nabídka se dodává písemně a v uzavřené obálce označené názvem Veřejná zakázka Dodávka IR spektrometru InfraRanňi NEOTEVÍRAT, na které musí být uvedena adresa.
Požadovaný jazyk nabídky	Jazyk český
Další požadavky na zpracování nabídky	Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podali nabídku a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.
Zadávací řízení se řídí	§ 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přímě na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Přílohy	Příloha č. 1: Podrobná specifikace (1list)
Podpis zadavatele	

Příloha I. 1 k I.j.: MV-73254-2/IOO-2013

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Technická specifikace pro infračervený spektrofotometr (I_{IR}S)

- 1) I_{IR}S je určen pro měření velmi nízkých koncentrací hexafluoridu sírového SF₆
v podmaskovém prostoru ochranné masky
- 2) I_{IR}S musí být přesnosný, lehký a snadno ovladatelný
- 3) Měřicí rozsah by se měl pohybovat v rozmezí 0,01 až 10 ppm s přesností pod 1 %, přesně
měřicí cyklus by měl být co nejkratší
- 4) Pro stanovení přesné koncentrace by odběr vzorku neměl překročit hranici 3l/min
- 5) I_{IR}S musí být schopen napájení jak ze sítě tak i z baterie
- 6) Naměřená data musí být snadno transportovatelná do Wordu nebo Excelu; návod v českém
jazyku; I_{IR}S musí být snadno udržitelný a čistitelný.