

Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci č. j. HSPM-1403-6/2013 ÚE
Počet listů: 1

Technická specifikace soupravy pro kalibraci detekční techniky

- 1) Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení automatických kalibračních stanic k provádění kalibrací detekční techniky.
- 2) Z hlediska používání a servisu musí být kalibrační soupravy schopné kalibrace detekční techniky typu GasAlert a Dräger, které jsou nejčastěji zastoupeny v užívání HZS ČR.
- 3) Kalibrační soupravy musí být vybavené tak, aby umožňovaly kalibrovat multi detekční techniku typu GasAlertMicro5 a GasAlertMicroClip XT a multi detekční techniku typu Dräger X-am 2/5x00 se software pro PC.
- 4) Zařízení musí být schopno tisknout kalibrační protokoly, třídit a zobrazovat data, archivovat informace a udržovat aktuální přehled o všech používaných detektorech HZS kraje.
- 5) Požadavek na konfiguraci soupravy pro kalibraci detekční techniky typu GasAlert:
 - a) 2 moduly pro detektor GasAlertMicro5
 - b) 2 moduly pro detektor GasAlertMicroClip
 - c) automatický redukční ventil pro kalibraci čidel O₂, LEL, H₂S, CO₂
 - d) 1 redukční ventil 1 l/min pro Cl₂ a NH₃
 - e) software pro PC s USB-IR čtečkou GasAlert
- 6) Požadavek na konfiguraci soupravy pro kalibraci detekční techniky typu Dräger:
 - a) modul pro detektory Dräger X-dock Master
 - b) 1 modul pro detektory Dräger X-dock modul X-am 125
 - c) síťový zdroj 1,33A, pro max. 3 moduly
 - d) 1 redukční ventil 0,5 bar
 - e) software pro PC