

MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

Technická specifikace kapilární elektroforézy:

- kompletní systém včetně softwaru
- dvě kazety s kapilárami
- kapalinové termostatování kapiláry s přesností min. 0,01 °C
- detekce vlnové délky v rozsahu min. 190 – 380 nm
- délka kapilár min. 30 – 100 cm
- rozsah používaných kapilár s vnitřním průměrem 50, 75, 100 µm
- autosampler min. na 10 pozic
- řídicí PC (musí být windows 7 professional CZ)
- Kit pro stanovení aniontů
- Kit pro stanovení kationtů
- Kit pro stanovení organických kyselin
- 1000 ks nádobek do autosampleru
- instalace a zaškolení obsluhy