



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40



Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: HSOS-12014-4/2013

dle rozdělovníku

Vyřizuje: Marie Šumná
Tel.: 950 730 418
E-mail: marie.sumna@hzsmk.cz

Datum: 19.11.2013

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Obdrželi jsme žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky ev. č. 102/2013/VZMR s názvem „Spektrometr“.

Zde uvádíme dotazy a odpovědi na ně:

1. DOTAZ:

Bude akceptována nabídka uchazeče, který nabídne přístroj s alternativní možností jak zajistit dlouhodobou správnost výsledků? Barometrickou korekci nabízí jen jedna firma a tato funkce není u našich spektrometrů potřebná. Využíváme velmi těsné uspořádání rentgenové lampy a detektoru a vliv barometrického tlaku je zcela zanedbatelný. Navíc – během automatické recalibrace systému pomocí vnitřního vestavěného standardu se vždy zohlední všechny podmínky (i barometrický tlak).

ODPOVĚĎ:

Tento parametr vyjadřuje minimální požadavky zadavatele na klíčové parametry. Automatická barometrická korekce úzce souvisí s kvalitou a správností měření. Z tohoto důvodu zadavatel požaduje plně automatickou barometrickou korekci a uvedení tlaku u každého měření. Zadavatel trvá na požadavku uvedeném v zadávací dokumentaci.

2. DOTAZ:

Bude akceptována nabídka uchazeče, který nabídne přístroj s vnitřní pamětí na 10 000 měření avšak včetně „scanů“ ze všech filtrů a fotografie z vestavěné kamery? Náš spektrometr umožňuje jednoduchou komunikaci s PC (přes USB nebo Bluetooth) a neomezené množství výsledků lze uložit do paměti PC.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel trvá na možnosti uložení minimálně 50 000 výsledků přímo v přístroji pro účely archivace a rychlého terénního srovnávání bez použití PC či notebooku.

S pozdravem

plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel
podepsáno elektronicky